



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. POLITYKI SPOŁECZNEJ

Płock, 12 grudnia 2017r.

do: WOP-ZO.0003.2058.2017.AK

Pani Daria Domosławska
Radna Rady Miasta Płocka

Szanowna Pani,

odpowiadając na Pani interpelację złożoną na XXXIX Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 28.11.2017r., *dotyczącą przeglądu, kontroli stanu baterii, elektrod w defibrylatorach AED zamontowanych w jednostkach podległych UMP* uprzejmie informuję, iż w Urzędzie Miasta Płocka oraz w każdej jednostce podległej UMP tj: w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki, Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, Szkole Podstawowej nr 16 oraz Rynex sp. z o.o została wyznaczona osoba oraz jej zmiennik do nadzoru AED. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad AED kontrolują wyniki autotestu, monitorują stan baterii i terminy wymiany elektrod.

W budżetach ww. jednostek przewidziane są środki na wymianę elektrod, które zostałyby zużyte podczas akcji resuscytacyjnej. Zakup baterii i elektrod zaplanowany jest po okresie gwarancji wynikającym z umowy, a okres trwałości baterii i elektrod to 5 lat od dnia zakupu.

Pracownicy UMP oraz pracownicy jednostek podległych UMP przechodzą systematyczne szkolenia pierwszej pomocy z uwzględnieniem obsługi defibrylatorów AED.

Lokalizacje AED powyższych jednostek zostały umieszczone na mapie AED www.ratujzsercem.pl oraz www.aedplusty.pl. Ponadto informuję, że wszystkie nowe lokalizacje AED w mieście Płock są na bieżąco zgłaszane do koordynatorów ww. stron map AED jednak czas oczekiwania na zamieszczenie informacji na stronie trwa nawet do 2 tygodni.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Roman Stemiński

Otrzymują:

1. adresat
2. WOP-1-ZO w/m
3. BRM w/m
4. WZS – aa