

Płock, dn. 19 września 2017 r.

PZOZ/DZP/382/24PN/17

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W DN. 19.09.2017R. O GODZ. 10:00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „dostawa sprzętu medycznego – aparatu rtg do wykonywania zdjęć przyłóżkowych”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia **180 000,00 zł**

Nr oferty	Nazwa (firmy) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy	Oferowana cena brutto PLN	Oferowane parametry techniczne	Oferowana gwarancja
1	SHIM – MED Polska Sp. z o.o. Ul. Naruszewicza 21A, 02-627 Warszawa	149 904,00	* zgodnie z poniższą tabelą	36 m-cy

Lp.	Parametr oceniany:	Wartość oferowana przez Wykonawcę
1.	Częstotliwość generatora nie mniejsza niż 50 [kHz]	60 kHz
2.	Minimalny czas ekspozycji nie dłuższy niż 5 [ms.]	1 ms
3.	Szerokość aparatu nie więcej niż 65 [cm]	58 cm
4.	Pojemność cieplna anody nie mniej 130 [kHU]	300 kHU
5.	Pojemność cieplna kołpaka nie mniej niż 1000 [kHU]	1060 kHU

STARSZY SPECJALISTA


Anna Piorkowska