

Wykonawcy wg rozdzielnika

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Dostawa nici chirurgicznych**”.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Paragraf 5 ust.2

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 72 godzin
- wad jakościowych w ciągu 14 dni

Ewentualna wymiana nastąpi w ciągu 3 dni od uwzględnienia reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację zapisu: Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację dotyczącą:

- a. braków ilościowych w ciągu 72 godzin,
- b. wad jakościowych w ciągu 14 dni.

Ewentualna wymiana nastąpi w ciągu 3 dni od uwzględnienia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

Pytanie Nr 2, dotyczy Paragraf 5 ust.3

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: Prosimy o wydłużenie wymiany towaru na wolny od wad z 48 godz. na 72 godz.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie wymiany towaru do 72 godzin.

Pytanie Nr 3, dotyczy Paragraf 6 ust.1b

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: „1% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie Nr 4, dotyczy Paragraf 6 ust.1c

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: „1% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy rozpoczęty dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie Nr 5, dotyczy Paragraf 6 ust.3

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: „W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca pokryje różnicę w cenie związaną z zakupem u innego Wykonawcy towarów będących przedmiotem umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie Nr 6, dotyczy wzoru umowy

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów” Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy, ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu nr 1 poz.1-4

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici syntetycznych, wchłanialnych – monofilamentowych, o czasie wchłaniania 90-120 dni i czasie podtrzymywania po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu nr 1 poz.2

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 26 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5-9

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, z kw. glikolowego, zdolność podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 50%, czas wchłaniania 42 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 10-24

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici o zdolności podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a po 3 tyg. 50%, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 25

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu lub dopuszczenie igły okrągłej standardowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie Nr 12, Pakietu nr 2 poz. 17

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szwy monofilamentowe wykonanym z polifluorku winylidenu (nazwa handlowa PVDF)?

PVDF jest jednowłóknowym, syntetycznym, niewchłanialnym, niebieskim szwem chirurgicznym. Jednorodna, gładka o nieporowatej powierzchni niż PVDF łagodnie i z łatwością przechodzi przez tkankę. Rodzaje tkanek, w których można stosować PVDF są praktycznie identyczne jak te, w których stosujemy polipropylen, ale PVDF cechuje się optymalną gładkością powierzchni, lepszymi właściwościami wiązania i dużo mocniejszym w porównaniu do innych materiałów wytworzonym węzłem. Nici chirurgiczne z PVDF odpowiadają wymaganiom stawianym przez Farmakopeę Polską i Farmakopeę Europejską.

WSKAZANIA I ZASTOSOWANIE

Kombinacje nici PVDF i igieł stosuje się w zależności od rodzaju ran pacjenta, obszaru i potrzeb użycia, technik chirurgicznych i doświadczenia. Służą do zespалania większości tkanek. Materiały szewne wykonane z PVDF używane są do szycia tkanek miękkich i skóry, do szycia i zespалania naczyń krwionośnych również w kardiochirurgii, w okulistyce, w chirurgii urazowej, plastycznej i urologii.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1-4 szew równoważny wchłanialny jednowłóknowy z glikonatu o okresie podtrzymywania ok. 50% po 13-14 dniach o czasie wchłaniania do 60-90 dni? Czas całkowitej absorpcji do 60-90 dni jest korzystniejszy dla pacjenta wobec 90-110 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1-3 nitkę 70 cm w miejsce 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2 i 3

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 i 3 igłę 26 mm w miejsce 27 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 4 nitkę 90 cm w miejsce 150 pętla?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5-9

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 5-9 szew równoważny monofilamentowy, szybkowchłaniący z glikonatu, bezbarwny. Okres podtrzymywania tkankowego 70-80% po 5 dniach, 20-30% po 10 dniach, 0% przy 14-21 dniach. Czas całkowitej absorpcji: po 56 dniach? Jest to jedyny odpowiednik szwu Caprosyn dostępny na rynku.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5 i 7

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 5 i 7 nitkę 70 cm w miejsce 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 8 nitkę 70 cm w miejsce 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 8 igłę 37 mm w miejsce 40 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 10-25

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 10-25 szew równoważny wchłaniący, syntetyczny z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu powleczony w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Poli(glikolid i L-laktyd 35/65) 50% stearynianem wapnia o okresie podtrzymywania po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50-40% i po 28 dniach ok. 25%? Okres wchłaniania 56-70 dni zgodny z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 10-12

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 10-12 podwiązkę 140 cm w miejsce 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 13, 15-19, 21, 24

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 13, 15-19, 21, 24 nitkę 70 cm w miejsce 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 16

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 16 igłę standardową 37mm w miejsce 37 mm cienkiej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 25

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 25 nitkę 4x70 w miejsce 5x75 cm? Igła odczepiana 22 mm zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

1. Paragraf 5 ust. 2 istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie:
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację dotyczącą:

- a. braków ilościowych – w ciągu 72 godzin,
- b. wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

Ewentualna wymiana nastąpi w ciągu 3 dni od uwzględnienia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

2. Paragraf 5 ust. 3 istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie:
W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 72 godzin w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.

3. Paragraf 6 ust. 1 istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie:
Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

- a. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
- b. 1% wartości wartości towaru dostarczonego ze zwłoką, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
- c. 1% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy rozpoczęty dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie.

4. Paragraf 6 ust. 3 istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie:
W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca pokryje różnicę w cenie związaną z zakupem u innego Wykonawcy towarów będących przedmiotem umowy.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego:
www.przetargi.ipzp.pl/SZPZOZ-Plock.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI z dnia 02 kwietnia 2012 roku

PZOZ/BZ/382/13PN/12

**Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
na nr faxu 024 364 51 02.**

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy