

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Dostawa rękawiczek**”.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu Nr 1, pozycja 4

Po zapoznaniu się z udzielonymi odpowiedziami prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania atestu EN 455 wystawionego przez jednostkę notyfikowaną dla rękawic diagnostycznych, niejałowych (nitrylowych i winylowych).

Odpowiedź: Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. nr 107, poz. 679) oraz Dyrektywą UE 93/42/EWG rękawice medyczne jednorazowego użytku posiadają normę dotyczącą wymagań i badań w ocenie biologicznej na wykrywanie substancji chemicznych i endotoksyn. Dotyczy to normy PN - EN 455 - 3 rękawice medyczne jednorazowego użytku, która to norma zgodna jest z normą EN 374 - 3 ustalającą przenikalność substancji chemicznych, co najmniej 4 podstawowych grup, tj. kwasy, zasady organiczne i nieorganiczne, przebadane na przenikalność cytostatyków oraz na obecność wirusów. W związku z powyższym Zamawiający przy dostawie rękawic jednorazowego użytku opisanych w SIWZ chce mieć spełnione wymagania na nieobecność dziur PN - EN 455 - 1, badanie dotyczące właściwości fizycznych PN - EN 455 - 2 oraz badanie w ocenie biologicznej PN EN 455 - 3.

Zamawiający dopuszcza wszystkie normy równoważne do wyżej wymienionych, tj. Certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, o ile potwierdzają spełnienie powyższych wymagań.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl.

**Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
na nr faxu 024 364 51 02.**

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy