

Płock, dnia 24 maja 2017 roku

PZOZ/DZP/382/15PN/17

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa rękawiczek**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy poz.4

Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie czy informacja o przenikaniu min. 17 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady i alkohole- izopropanol o czasie przenikania min 30 min.), ma być umieszczona również na opakowaniu w celu szybkiej informacji użytkownika?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje informacji o przenikaniu substancji chemicznych również na opakowaniu.

Pytanie Nr 2, dotyczy poz. 7

Czy zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu $0,14 \pm 0,02$ mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3, dotyczy poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein poniżej $137 \mu\text{g/g}$, długość min. 270 mm dla rozmiaru 6,0 oraz min 275 mm dla rozmiaru 7,5 – pozostałe długości zgodne z wymaganymi, ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, pakowane podwójnie wewnątrz papier, zewnątrz foliowany papier?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 4, dotyczy poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na raport producenta zgodny z normą EN 455?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 5, dotyczy poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długościach min. 280 mm dla rozmiarów: 6,0 oraz 6,5 oraz min. 283 mm dla rozmiaru 7,0 – pozostałe długości zgodne z wymaganymi, pakowane podwójnie wewnątrz papier zewnątrz folia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 6, dotyczy poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimerowane – polimer nakładany w sposób ciągły, ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, długość min 278 mm dla rozmiaru 5,5 – reszta zgodnie z wymaganiami, zgodne z normą EN 455, pakowane podwójnie wewnątrz papier zewnątrz folia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 7, dotyczy poz. 1,2,3

Czy Zamawiający doprecyzuje jakie rozmiary próbek miał na myśli: po 5 par rękawic dla rozmiaru 6,5; 7,0 oraz 8,0?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje próbek zgodnie z SIWZ, dopuszcza rozmiary 6,5; 7,0; 7,5.

Pytanie Nr 8, dotyczy poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o gładkiej powierzchni, teksturowane na końcach palców, o grubości na palcu: 0,08 mm $\pm$ 0,02, siła zrywu przez starzeniem 6,5N po starzeniu 6 N w opakowaniu a'200 sztuk dla rozmiaru XS- L oraz a'180 sztuk dla rozmiaru XL oraz czy odstąpi od wymogu by rękawice przebadane były na kwasy organiczne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 9, dotyczy poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 455 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 10, dotyczy poz.6

Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą EN 455, potwierdzone raportem producenta, zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej kategorii I?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 11, dotyczy poz. 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by rękawice wolne były od ftalanów oraz zgodne z normą EN 420?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 12, dotyczy poz. 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu: 0,17 mm $\pm$ 0,02 o długości min. 290 mm, teksturowane na końcach palców, odporne na przenikalność substancji chemicznych 9 substancji na min. 2 poziomie oraz czy odstąpi od wymogu odporności na chlorheksydynę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza grubość oraz długość, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 13, dotyczy poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic w opakowaniu wzmocnionym – papier/papier wewnętrznie jednostronnie foliowany. Jednocześnie potwierdzamy, iż powyższe opakowania spełniają wymagania normy EN 455 i gwarantują zachowanie sterylności do momentu otwarcia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 14, dotyczy poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o sile zrywu 15.03 N (przed starzeniem)/13,15 N(po starzeniu), w opakowaniu wzmocnionym – papier/papier wewnętrznie jednostronnie foliowany. Jednocześnie potwierdzamy, iż powyższe opakowania spełniają wymagania normy EN 455 i gwarantują zachowanie sterylności do momentu otwarcia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice o powyższej sile zrywania, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 15, dotyczy poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zaoferowania w pozycji 3 rękawic z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci. Nowoczesna technologia produkcji rękawic pozwala osiągnąć identyczne walory użytkowe przy zastosowaniu innych metod. Rękawice znajdujące się w naszej ofercie posiadają wewnętrzną warstwą polimerową, która umożliwia zakładanie rękawic nawet na mokrą dłoń

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 16, dotyczy poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic bezlateksowych, wykonanych z neoprenu, który ma identyczne właściwości jak wymagany poliizopren, bez zawartości protein,

bezpudrowe, kolor zielony, sterylizowane radiacyjnie, z wewnętrzną warstwą polimerową, zewnętrznie teksturowane,

długość – długość min. 300mm, z równomiernie rolowanym wzmocnionym brzegiem, kształt w pełni anatomiczny, zgodne z normą EN 455-1-2-3, deklaracja zgodności CE, w opakowaniu wzmocnionym – papier/papier wewnętrznie jednostronnie foliowany, w rozmiarze 6.0-9.0

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 17, dotyczy poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania rękawic bezlateksowych, wykonanych z neoprenu, który ma identyczne właściwości jak wymagany poliizopren, bez zawartości protein, bezpudrowe, kolor zielony, sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna silikonowana, pokryta poliuretanem, długość min. 300mm, z równomiernie rolowanym wzmocnionym brzegiem z opaską samoprzylepną, kształt w pełni anatomiczny, zgodność z normą EN 455-1-2-3, potwierdzona deklaracją zgodności CE, oraz kartą danych technicznych producenta, w opakowaniu foliowym, dostępne w rozmiarze 5.5-9.0

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 18, dotyczy poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania rękawic bezlateksowych, wykonanych z poliizoprenu, bez zawartości protein, bezpudrowe, kolor zielony, sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna gładka, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna silikonowana, pokryta poliuretanem, długość min. 300mm, z równomiernie rolowanym wzmocnionym brzegiem z opaską samoprzylepną, kształt w pełni anatomiczny, zgodność z normą EN 455-1-2-3, potwierdzona deklaracją zgodności CE, oraz kartą danych technicznych producenta, w opakowaniu foliowym, dostępne w rozmiarze 5.5-9.0

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 19, dotyczy poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania rękawic nitylowych do badań - bezpudrowe, wewnętrznie chlorowane oraz zewnętrznie polimeryzowane, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III, z teksturą na końcach palców, grubość na palcu min. 12 mm, siła zrywu min. 9.13 N (przed starzeniem)/ min. 8.18 N (po starzeniu) przebadanych zgodnie z EN 374-3 na 11 substancji chemicznych w tym 8 na 6 poziomie, w tym kwasy organiczne, nieorganiczne, zasady i alkohole – izopropanol– 1 poziom ochrony, dopuszczone do kontaktu z żywnością – potwierdzone deklaracją producenta i raportem z badania migracji globalnej wykonanym w niezależnym laboratorium. Rozmiar XS-XL w opakowaniach zróżnicowanych kolorystycznie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 20, dotyczy poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie w w/w pozycji rękawic o nieznacznie niższej o siłę zrywu tj.: min. 6,52 N (przed starzeniem)/min. 7,51 N (po starzeniu). Jednocześnie zapewniamy, iż oferowane rękawice cechuje wysoka elastyczność i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 21, dotyczy poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania rękawic z przedłużonym mankietem – długość rękawicy min. 300mm, przebadane na substancje chemiczne (10 substancji w tym 8 na 6 poziomie):

5% bromek etydyne >480min/6 poziom

37% Formaldehyd >480min/6 poziom

0,1% Fenol >480min/6 poziom

10-13% Podchloryn sodu >480min/6 poziom

50% kwas siarkowy >480min/6 poziom

1,5% Metanol w wodzie >480min/6 poziom

50% Glutaraldehyd >480min/6 poziom

70% Izopropanol >10min/1 poziom

n-heptan <10min/0 poziom

40% wodorotlenek sodu >480min/6 poziom

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 22, dotyczy poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o dł. 260-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów. Opakowanie jednostkowe wzmocnione, podwójne: zewnętrzne papierowe foliowane, wewnętrzne papierowe. Poziom protein < 30 µg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 23, dotyczy poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych lateksowych bezpudrowych o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 265 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Powierzchnia mikroteksturowana na całej powierzchni, zapewniająca dobrą chwytność. Wewnętrzna warstwa polimerowa (poliuretanowa) o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie. Poziom protein < 10 µg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 24, dotyczy poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic polimeryzowanych od strony wewnętrznej, zewnątrz mikroteksturowanych, co zwiększa chwytność rękawic. Pragniemy nadmienić, że polimeryzowanie powierzchni ma na celu wprowadzenie poślizgu, co jest zwłaszcza ważne przy zakładaniu rękawic. Zwiększenie poślizgu nie jest jednak pożądane od strony roboczej, gdzie podczas zabiegu manipuluje się narzędziami.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 25, dotyczy poz. 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawicy wykonanych w 100% z poliizoprenu o wewnętrznej warstwie polimerowej o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z poszerzoną częścią grzbietową dłoni. Długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru. Obniżony poziom AQL wynoszący 0,65 po zapakowaniu. Pakowane po 40 par.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 26, dotyczy poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic chirurgicznych antyalergicznym, bezpudrowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, antypoślizgowa. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 27, dotyczy poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 28, dotyczy poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych przebadanych na m. in. Formaldehyd (37%) w 10% metanolu (formalin, methyl aldehyde) i 70% Izopropanol z czasem przenikania na poziomie 1 tj. do 30 minut.), opakowanie max 100 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 29, dotyczy poz. 4

Prosimy o dopuszczenie rękawic przebadanych na min. 10 związków chemicznych wg EN 374-3 lub alternatywnej, w tym zasadę organiczną i nieorganiczną, kwas organiczny i nieorganiczny, 33%

formalinę i 70% izopropanol na min. 1 poziomie ochrony, tj. do 30 min (raport jednostki niezależnej od producenta załączony do oferty) oraz min. 13 cytostatyków wg. ASTM D 6978-05 (raport załączony do oferty). Grubość na palcu min. 0,10 mm, siła zrywania min. 6,3 N, o poziomie AQL 1.0 (potwierdzone raportem z wynikami badań). Rozmiary XS-XL pakowane po max 100 sztuk.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 30, dotyczy poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych winylowych, bezpudrowych, oznakowanych jako Klasa I zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC Kategoria I zgodnie z Dyrektywą o Środkach Ochrony Osobistej 89/686/EEC, ze względu na użyty do produkcji materiał, który nie stanowi bariery dla kontaktu z płynami.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 31, dotyczy poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 32, dotyczy poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostyczne nitylowe do procedur wysokiego ryzyka, koloru białego, mikroteksturowanych na całej powierzchni, dodatkowo teksturowanych na końcach palców, o średniej grubości na palcu min. $0,1 \pm 0,02$ mm, na dłoni $0,07 \pm 0,01$ mm, długość min. 265 mm. Rozmiary XS-XL, pakowane w opakowanie z otworem dozującym ograniczonym folią ograniczającą otwór dozujący po max 150 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 33, dotyczy poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, o grubości na pojedynczej ścianie palca min. $0,15 \pm 0,01$ mm, długość min. 300 mm. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 15 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne na działanie min. 13 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitokantronu i Metotrexatu (raporty z wynikami), opakowanie max 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPREZES
Marek Stawicki

PROKURENT
Małgorzata

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PZOZ/DZP/382/15PN/17 z dn. 24.05.2017

Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi

o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu: 24 364 52 49.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy

