

Płock, dnia 16 października 2017 roku

PZOZ/DZP/382/31PN/17

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa sprzętu medycznego – medycznego łóżka porodowego.**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 24 sierpnia 2017r., poz. 1579) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

### Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe z centralną blokadą wszystkich czterech kół uruchamianą za pomocą jednej z dwóch dźwigni znajdujących się od strony głowy pacjentki oraz z jednym kołem kierunkowym znajdującym się od strony nóg pacjentki?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

### Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 550 – 930 mm? Wskazany zakres nieznacznie odbiega od wymaganego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalplock.pl](http://www.szpitalplock.pl)

WICEPREZES ZARZĄDU  
*M. Stawicki*  
Marek Stawicki

PROKURENT  
*M. Kulesza*  
Maja Kulesza

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PZOZ/DZP/382/31PN/17 z dn. 16.10 2017

Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu: 24 364 52 49

Otrzymano dnia ..... Ilość stron ..... Podpis i pieczęć Wykonawcy .....

INSPEKTOR  
*M. Mikulska*  
Marta Mikulska

Dział Aparatury Medycznej  
Specjalista  
*M. Romaniuk*  
Marek Romaniuk

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH  
*B. Bodur*  
Bogdan Bodur