

Płock, dnia 2. marca 2018 roku

PZOZ/DZP/382/04PN/18

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dn. 24.08.2017 r. poz. 1579) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu 12, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarach 12-20? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu 12, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ceny za op. a'80 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości z 200 sztuk na 3 op. a'80 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu 12, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych wykonane z białej folii PCV, posiadające kształt paska węższego z jednego końca, część szersza opaski wykonana z podwójnej folii, górna krótsza część zakończona języczkiem umożliwiającym wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi, węższa część opaski posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka; długość opaski ~ 24,5 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu 12, poz. 22

Opaski identyfikacyjne dla noworodków wykonane z folii PCV błękitnej lub różowej; posiadające kształt paska węższego z jednego końca, część szersza opaski wykonana z podwójnej folii, górna krótsza część zakończona języczkiem umożliwiającym wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi, węższa część opaski posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka; długość opaski ~ 17 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu 12, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ceny za op. a'144 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości z 5328 sztuk na 37 op. a'144 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu 12, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści szkiełka ze szlifowanymi krawędziami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu 12, poz. 25

Czy Zamawiający oczekuje szpatulek jałowych, czy niejałowych?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje szpatulek niejałowych.

Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu 12, poz. 31

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny, pakowany pojedynczo, jałowy, wewnętrzne powierzchnie zacisku ząbkowane, końcówka zacisku od strony zapinanej wyposażona w zapięcie uniemożliwiające przypadkowe odpięcie zacisku, końcówka zacisku od strony przeznaczonej do rozcinania zakończona oczkiem o średnicy wew. min 0,6cm, całkowita długość powierzchni zaciskanej na kikucie ok. 3,5 cm, długość zaciskacza min. 52mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu 14, poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli prowadnicę wielorazowego użytku w rozmiarze 15CH x 60cm, czy prowadnicę jednorazowego użytku w rozmiarze 15CH x 70cm?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli prowadnicę wielorazowego użytku w rozmiarze 15 CH x 60cm, i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu 14, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rurkę z medycznego PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,99 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H₂O/l przy VT=500 ml, utrata wilgotności 4,5 mg H₂O/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 77 ml, opory przepływu 1,0 cm H₂O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa V_t 300-1000 ml, waga 24 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg H₂O/l przy VT=250 ml, utrata wilgotności 5,5 mg H₂O/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 34 ml, opory przepływu 0,9 cm H₂O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa V_t 120-750 ml, waga 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania pola operacyjnego składającego się z drenu z podłużnym, antyzagięciowym prążkowaniem, z 2 łącznikami żeńskimi oraz osobny łącznik męski (dł. 5 cm, FR 24) oraz podwójnie zagiętej końcówki do odsysania Yankauer z 4 otworami odbarczającymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu 4, poz. 1-2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy igły do wkłuc podpajęczynówkowych mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu 5, poz. 1-8

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy igły do wkłuc podpajęczynówkowych mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu 5, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych o długości igły 90 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu 5 poz. 4 i 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych o długości igły 90 mm i przewodnicy o długości 32 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu 5, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point, w rozmiarze 25G o długości 90 mm pakowaną wraz z przewodnicą o długości 32 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu 5, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point, w rozmiarze 27G o długości 9.0 mm pakowaną wraz z przewodnicą o długości 32 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu 5, poz. 7 i 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych o długości 103 mm pakowaną wraz z przewodnicą o długości 32 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu 7, poz.1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 z pakietu i utworzenie odrębnego pakietu np. 7a w celu złożenia konkurencyjnej oferty przez wykonawców

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ, wydzielając pozycję do nowego Pakietu nr 30.

Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu 7, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków z trzpieniem powyżej korpusu (gwintu) koreczka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu 7, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczki pakowane pojedynczo (indywidualnie), po 4 sztuki na jednym blisterze, koreczki te pakowane są w blisterze w pozycji pionowej, w pojedynczych komorach dostosowanych precyzyjnie do kształtu koreczka, co gwarantuje, iż uchwyt koreczka trafia bezpośrednio w palec użytkownika, a trzpień jednoznacznie wskazuje kierunek aplikacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu 7, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego wykonanego z poliwęglanu, z portem bezigłowym i przedłużaczem 100 cm, bez zawartości ftalanów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu 7, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4 z pakietu i utworzenie odrębnego pakietu np. 7a w celu złożenia konkurencyjnej oferty przez wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ, wydzielając pozycję do nowego Pakietu nr 30.

Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu 7, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aplikatora do wielokrotnego pobierania leków i płynów z odpornym na ciśnienie filtrem hydrofobowym bakteryjny 0,2µm zapewnia sterylną wentylację i skutecznie usuwa toksyczne aerozole podczas przygotowywania leków. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości materiałów i wpływa na brak ewentualnych strat aktywnych substancji podczas

przygotowywania leków. Duża powierzchnia filtra zapewnia łatwość przepływu substancji bez dużych oporów ciśnienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian..

Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu 7, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu czasu użytkowania aplikatora w zakresie 8-72 godzin potwierdzonego badaniami, co umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert przez większą ilość wykonawców.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 28, dotyczy Pakietu 7, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do infuzji bez DEHP z jednocześnie komorą kropłową, który podczas pracy zgodnej z pkt. 6.6 Karty Charakterystyki Produktu Leczniczego powszechnie używanych leków („Roztwór należy podawać z zastosowaniem jałowego zestawu do infuzji, stosując się do zasad aseptyki”), nie dopuszcza do przedostania się powietrza do pacjenta, co wynika z różnicy ciśnień w układzie żylnym, a ciśnieniem hydrostatycznym płynu infuzyjnego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 29, dotyczy Pakietu 7, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 7 z pakietu i utworzenie odrębnego pakietu np. 7a w celu złożenia konkurencyjnej oferty przez wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ, wydzielając pozycję do nowego Pakietu nr 30.

Pytanie Nr 30, dotyczy Pakietu 7, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do krótkotrwałych iniekcji, typu motylek w rozmiarach 0,60 x 19mm i 08,x1,9mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu 8, poz. 1-4.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dwuczęściowych posiadających jednostronną, niezmywalną, skalę odpowiadającą pojemności nominalnej bez rozszerzenia. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach dwustronnej skali pomiarowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 32, dotyczy Pakietu 8, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych pakowanych w opakowanie handlowe po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 33, dotyczy Pakietu 8, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki j.u do tuberkuliny o wymiarach 0,45x10 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 34, dotyczy Pakietu 8, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek w opakowaniu handlowym po 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki w opakowaniu handlowym po 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie Nr 35, dotyczy Pakietu 8, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki j.u do tuberkuliny o wymiarach 0,3x13 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: W pozycji 7 są opisane strzykawki do insuliny, Zamawiający dopuszcza insulinówki 0,3x13 mm.

Pytanie Nr 36, dotyczy Pakietu 8, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek w opakowaniu handlowym po 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki w opakowaniu handlowym po 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie Nr 37, dotyczy Pakietu 8, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej ze skalą nominalną, z przezroczystym tłokiem i cylindrem pakowanej w opakowanie zbiorcze 125 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza op. 125 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie Nr 38, dotyczy Pakietu 8, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu kolorowego oznaczenia rozmiaru na opakowaniu i dopuszczenie oznaczenie pojemności strzykawki wyraźnym nadrukiem pojemności na etykiecie każdej sztuki o na opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od wymogu kolorowego oznaczenia rozmiaru na opakowaniu.

Pytanie Nr 39, dotyczy Pakietu 8, poz. 9-10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do pomp infuzyjnych posiadających jednostronną, niezmywalną, wymaganą skalę 50(60) ml. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach dwustronnej skali pomiarowej. Norma PN-EN ISO 7886-2 dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych zezwala, ale nie wymaga stosowania dwustronnej skali na strzykawkach przeznaczonych do pomp infuzyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 40, dotyczy Pakietu 8, poz. 9-10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do pomp infuzyjnych bez czterostronnie podciętego tłoczyska.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 41, dotyczy Pakietu 9, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do karmienia przez nos dla niemowląt ze skalowaniem co 1 cm na odcinku od 5 do min 20 cm w zależności od rozmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 42, dotyczy Pakietu 9, poz.1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy informacja o braku zawartości ftalanów ma być oryginalnie nadrukowana przez producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, jednocześnie zgodnie z SIWZ wymaga dostarczenia oświadczenia o braku toksycznych ftalanów DEHP.

Pytanie Nr 43, dotyczy Pakietu 9, poz.1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki do karmienia mają być prosto pakowane, nie zwijane, co eliminuje ryzyko zagięcia cewnika i zamknięcia jego światła?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższych cewników.

Pytanie Nr 44, dotyczy Pakietu 9, poz.1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki mają cechować się czasem stosowania do 4 tygodni z oryginalną umieszczoną informacją na opakowaniu przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższych cewników.

Pytanie Nr 45, dotyczy Pakietu 9, poz. 3-5

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w/w asortymentu mikrobiologicznie czystego produkowanego zgodnie z zaleceniami jednostki notyfikowanej w oparciu o ustawę o wyrobach medycznych.

Nadmieniamy, iż w/w sprzęt jest standardowo stosowany do podaży nie sterylnej tlenu w związku z powyższym wymóg sterylności w/w produktów jest bezzasadny.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 46, dotyczy Pakietu 10, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów, z elastyczną komorą kropłową, o długości min 53mm w części przezroczystej i pojemności min 8 mm, bez ftalanów jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, dren o długości 150 cm, z ostrą igłą biorcza czterokanałowa, z filtrem 15um, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką, łącznik LUER-LOCK z osłonką, opakowanie jednostkowe typu blister.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 47, dotyczy Pakietu 10, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie busztynowego przyrządu do przetaczania płynów z elastyczną, komorą wykonaną z PCV bez DEHP, bez logo producenta na przyrządzie z wyraźnie nadrukowaną nazwą produktu na opakowaniu jednostkowym.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 48, dotyczy Pakietu 10, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS jałowego, niepirogenego, nietoksycznego, grawitacyjnego, z komorą kropłową o długości minimum 70 mm, z ostrą igłą biorcza czterokanałowa, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, z przezroczystą komorą kropłową z filtrem z PCV, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, z zaczepem na dren, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 49, dotyczy Pakietu 11, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul do wkluc obwodowych z automatycznie otwierającą się plastikową osłonką o gładkich krawędziach, z zastawką bezzwrotną zapobiegającą wypłynięciu krwi, z koreczkiem Luer-Lock z wewnętrznym elementem powyżej krawędzi koreczka, z nazwą własną kaniuli na produkcie co jednoznacznie pozwala na identyfikację producenta. Rozmiar 2,0 x45 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 50, dotyczy Pakietu 11, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul do wkluc obwodowych z automatycznie otwierającą się plastikową osłonką o gładkich krawędziach, z zastawką bezzwrotną zapobiegającą wypłynięciu krwi, z koreczkiem Luer-Lock z wewnętrznym elementem powyżej krawędzi koreczka, z nazwą własną kaniuli na produkcie co jednoznacznie pozwala na identyfikację producenta. Rozmiar 1,5 x 45 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 51, dotyczy Pakietu 11, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul do wkluc obwodowych z automatycznie otwierającą się plastikową osłonką o gładkich krawędziach, z zastawką bezzwrotną zapobiegającą wypłynięciu krwi, z koreczkiem Luer-Lock z wewnętrznym elementem powyżej krawędzi koreczka, z nazwą własną kaniuli na produkcie co jednoznacznie pozwala na identyfikację producenta. Rozmiar 1,3x32 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 52, dotyczy Pakietu 11, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul do wkluc obwodowych z automatycznie otwierającą się plastikową osłonką o gładkich krawędziach, z zastawką bezzwrotną zapobiegającą wypłynięciu krwi, z koreczkiem Luer-Lock z wewnętrznym elementem powyżej krawędzi koreczka, z nazwą własną kaniuli na produkcie co jednoznacznie pozwala na identyfikację producenta. Rozmiar 1,1x32 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 53, dotyczy Pakietu 11, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul do wkluc obwodowych z automatycznie otwierającą się plastikową osłonką o gładkich krawędziach, z zastawką bezzwrotną zapobiegającą wypłynięciu krwi, z koreczkiem Luer-Lock z wewnętrznym elementem powyżej krawędzi koreczka, z nazwą własną kaniuli na produkcie co jednoznacznie pozwala na identyfikację producenta. Kolor niebieski. Rozmiar 0,9 x 25 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 54, dotyczy Pakietu 11, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej bez portu bocznego, rozmiar 0,7 mm (24 G) dla noworodków i dzieci - przepływ 13ml/min, wykonana z PTFE, bez pasków radiocieniujących, widoczna w USG, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wklucia, opakowanie sztywne zabezpieczające przed utratą jałowości.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 55, dotyczy Pakietu 19, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania zamkniętego systemu do autotransfuzji pooperacyjnej, składającego się z następujących elementów: 2 drenów 16 CH z trokarami, mieszka min. 125 ml z zastawką przeciwwrotną i worka na krew z filtrem maks. 200 mikronów o pojemności 700 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 56, dotyczy Pakietu 19, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do drenażu 700 ml bez kranika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 57, dotyczy Pakietu 19, poz. 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania worka na krew z filtrem maks. 200 mikronów o pojemności 700 ml z portem iniekcyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 58, dotyczy Pakietu 20, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do pena w rozmiarze 30G 0,30x8mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 59, dotyczy Pakietu 20, poz. 2

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do pena w rozmiarze 31G 0,25x5mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 60, dotyczy Pakietu 20, poz. 1 i 2

1/Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje, aby igły do pena były kompatybilne z wszystkimi wstrzykiwaczami dostępnymi na rynku oraz informacja o kompatybilności igieł z konkretnymi wstrzykiwaczami wymieniona była na opakowaniu zbiorczym 100 szt oraz potwierdzona dołączonym do oferty certyfikatem kompatybilności?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, aby igły były kompatybilne ze wszystkimi wstrzykiwaczami dostępnymi na rynku. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby informacja o kompatybilności igieł z konkretnymi wstrzykiwaczami wymieniona była na opakowaniu i potwierdzona dołączonym do oferty certyfikatem kompatybilności.

Pytanie Nr 61, dotyczy Pakietu 22, poz. 1

1/Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy worek do godzinowej zbiórki moczu ma posiadać płaski bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek, tak jak w obecnie stosowanym zestawie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie Nr 62, dotyczy Pakietu 22, poz. 1

2/Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby worki do godzinowej zbiórki moczu w celu łatwości mocowania posiadały minimum 3 niezależne sposoby podwieszania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 63, dotyczy Pakietu 22, poz. 2

1/ Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy port do pobierania próbek ma posiadać przezroczyste okienko podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek, tak jak w obecnie stosowanym zestawie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 64, dotyczy Pakietu 27, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły punkcyjnej o długości 20 cm, o średnicy 18G

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 65, dotyczy Pakietu 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymagania dostarczenia próbki w pakiecie nr 28?

Wyjaśnienie:

Prowadnice igłowe do biopsji transwaginalnych pakowane są po 24 sztuki. Zdekompletowanie opakowania spowoduje brak możliwości sprzedaży pozostałych 23 sztuk.

Zwracamy się z prośbą o pozytywną odpowiedź, która umożliwi nam przystąpienie do postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymagania dostarczenia próbki w pakiecie nr 28 i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 66, dotyczy Pakietu 14, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 do odrębnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 67, dotyczy Pakietu 8

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 8 pozycji nr 9-11 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 8A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 68, dotyczy Pakietu 8, poz. 9

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, skala co 2 ml?

Czy zamawiający dopuści strzykawki do pomp bez kołnierza stabilizacyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry OPZ pozostaną bez zmian.

Pytanie Nr 69, dotyczy Pakietu 8, poz. 10

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock bursztynowa jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, skala co 2 ml?

Czy zamawiający dopuści strzykawki do pomp bursztynowe bez kołnierza stabilizacyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry OPZ pozostaną bez zmian.

Pytanie Nr 70, dotyczy Pakiet 9, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową na opakowaniu zbiorczym, pakowane po 100 szt.?

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 71, dotyczy Pakietu 9, Poz. 3

Czy zamawiający dopuści cewnik do podaży tlenu przez nos typu „wąsy” o długości 200 cm, j.u., pakowany indywidualnie, wykonany z medycznego PVC, zawierający ftalan?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 72, dotyczy Pakietu 9, Poz. 4-5

Czy zamawiający dopuści cewnik do podaży tlenu przez nos typu „wąsy” o długości 200 cm, j.u., pakowany indywidualnie, wykonany z medycznego PVC, zawierający ftalan?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 73, dotyczy Pakietu 9, poz. 8

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, opakowanie 100 szt. szczoteczek sterylnych, każda szczoteczka zapakowana indywidualnie.

Pytanie Nr 74, dotyczy Pakietu 10, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści przedłużacz o długości 1,5 m, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 75, dotyczy Pakietu 10, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, wielkość komory ok. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 76 dotyczy Pakietu 10, poz. 3

a) Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

b) Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z PVC bez dodatkowego zaczepek na zacisku rolkowym?

c) Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Ad. a) Zamawiający nie dopuszcza, Ad. b) Zamawiający dopuszcza, Ad. c) Zamawiający dopuszcza .

Pytanie Nr 77, dotyczy Pakietu 10, poz. 4

a) Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń płynów światłoczułych :Długość zestawu- 188 cm, Objętość wypełnienia- 13 ml, Średnica wewnętrzna- 3 mm, Komora kroplowa z kolcem (wentylowana / niewentylowana), Komora dwuczęściowa, elastyczna dla łatwego wypełnienia, bez PCV, 20 kropli / ml, Wentylowany filtr, precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu oraz miejscem na zabezpieczenie igły po użyciu (podwieszenie kolca), Z zatyczką z filtrem hydrofobowym typu PrimeStop, Łącznik obrotowy umożliwiający łatwe wpięcie do wkłucia, 1 męskie złącze typu Luer, Dren z polichlorku winylu (PVC), Odporny na tłuszcze, Do leków światłoczułych, 15µm filtr infuzyjny, Bez lateksu, Nie zawiera DEHP, Sterylizowany tlenkiem etylenu, Pakowany indywidualnie?

b) Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie

posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Ad. a) Zgodnie z SIWZ, Ad. b) Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 78, dotyczy Pakietu 10, poz. 5

- a) Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?
- b) *Prosimy, aby zamawiający dopuścił przyrządy TS bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.*
- c) Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Ad. a) Zgodnie z SIWZ., Ad. b) Zamawiający dopuszcza. Ad. c) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 79, dotyczy Pakiet 12, poz. 1-11, 13-15

Czy zamawiający wydzieli poz.1-11,13-15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 80, dotyczy Pakietu 12, poz. 21

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm , pole opisu 17 mm x 90 mm, w kolorze białym, pakowane po 100 szt.?

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opaski o dł. 24,5 cm oraz wycenę za opakowanie 100 szt.

Pytanie Nr 81, dotyczy Pakietu 12, poz. 22

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm , pole opisu 17 mm x 60 mm, w całości w kolorze różowym, błękitnym oraz białe, pakowane po 100 szt.?

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opaski o dł. 17 cm oraz wycenę za opakowanie 100 szt.

Pytanie Nr 82, dotyczy Pakietu 12, poz. 28

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 144 szt. z przeliczeniem?

Czy zamawiający dopuści osłonki na USG lekko pudrowane?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 144 szt., Zamawiający nie dopuszcza osłonek lekko pudrowanych na USG.

Pytanie Nr 83, dotyczy Pakietu 12, poz. 28, 29, 30

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za op. 100szt. z przeliczeniem i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie Nr 84, dotyczy Pakietu 12, poz. 32

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia, dren posiada zacisk rolkowy, dren zakończony kanką z dwoma otworami bocznymi, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 85, dotyczy Pakietu 15

- a) Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?
- b) Czy wymagany jest wzornik pakowany w papier-folia?

- c) Czy zamawiający wymaga aby wzierniki były pozbawione lateksu i ftalanów, potwierdzone odpowiednim dokumentem?
- d) Czy zamawiający dopuści stażę bezlateksową, wykonana z rozciągliwego paska TPE. Bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. pakowaną w rolce w odcinkach o długości 47 cm po 25 szt. , 2,5 cm szerokości x 11,75 m, w kartoniku z podajnikiem, rolce z nadrukowaną fabrycznie instrukcją obsługi na opakowaniu?

Odpowiedź: Ad. a) Zamawiający dopuszcza, Ad. b) Wziernik pakowany papier- folia lub folia- folia zgodnie z SIWZ, Ad. c) Zgodnie z SIWZ (wzierniki nie zawierające lateksu, ftalanów potwierdzone oświadczeniem), Ad. d) Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 86 dotyczy Projektu umowy § 4, ust. 9

Czy Zamawiający dopuści przesłanie faktury w formacie PDF w zamian za format „datafarm, np. tekstowy Kamsort”, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 87, dotyczy Pakietu 7, poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 88, dotyczy Pakietu 8, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie strzykawek z pojedynczą skalą. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 89, dotyczy Pakietu 8, poz. 5

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 90, dotyczy Pakietu 8, poz. 8

Proszę o dopuszczenie strzykawki z tłokiem w kolorze mleczno-białym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 91, dotyczy Pakietu 8, poz. 9-10

Proszę o dopuszczenie strzykawek z pojedynczą skalą. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 92, dotyczy Pakietu 8, poz. 11

Proszę o dopuszczenie strzykawki z końcówką prosto ściętą.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 93, dotyczy Pakietu 10, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie przedłużacza o długości 150 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 94, dotyczy Pakietu 10, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 95, dotyczy Pakietu 10, poz. 3

Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące zestawów jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w celu zapewnienia ich kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do podawania dożylnego, który

charakteryzuje się komorą kroplową o długości 62 mm (część przezroczysta 55mm), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa. Zacisk wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr o średnicy oczek 15µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie folia-papier, sterylne. Długość drenu 150cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że pozostałe zapisy SIWZ pozostaną bez zmian.

Pytanie Nr 96, dotyczy Pakietu 11, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z plastikowym zatrzaskiem zabezpieczającym koniec igły przed przypadkowym zakłuciem, wykonaną z kompatybilnego poliuretanu, z samozamykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, pełniącą funkcję filtra hydrofobowego, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy medycznej w rozmiarach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
14 G	2,0 x 45	290
16 G	1,70 x 45	200
17 G	1,50 x 45	140
18 G	1,20 x 45	100
	1,20 x 32	110
20 G	1,00 x 32	64
22 G	0,80 x 25	38
24 G	0,70 x 19	22

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 97, dotyczy Pakietu 11, poz. 1-6

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu nazwy producenta na kaniuli, gdyż nie ma to uzasadnionego zastosowania. W przypadku zaistnienia incydentu medycznego „wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, aby można było podjąć odpowiednie działania w celu wykrycia potencjalnego zagrożenia powodowanego przez te wyroby i ich odłączalne elementy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu nazwy producenta na kaniuli.

Pytanie Nr 98, dotyczy Pakietu 11, poz. 1-6

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem umieszczonym w osi skrzydełek, ale nie idealnie centralnie w osi. Taki opis umieszczenia koreczka wskazuje bowiem na jednego producenta kaniul, B. Brauna i znacznie ogranicza wolną konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 99, dotyczy Pakietu 13, poz. 9

Proszę o dopuszczenie igły w rozmiarze 2,0x70 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 100, dotyczy Pakietu 13, poz. 9

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 101, dotyczy Pakietu 20, poz. 2

Proszę o dopuszczenie igły do pena w rozmiarze 0,25x4 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

A MB B

Pytanie Nr 102, dotyczy Pakietu 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poniższych igieł:

Lp.	Opis igieł
1	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Quincke <u>bez pryzmatu</u> Rozmiar: 20G/90mm Pozostałe parametry bez zmian
2	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Quincke <u>bez pryzmatu</u> Rozmiar: 25G/90mm (z prowadnicą dł. 38mm) Pozostałe parametry bez zmian
3	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Quincke <u>bez pryzmatu</u> Rozmiar: 26G/90mm (z prowadnicą dł. 38mm) Pozostałe parametry bez zmian
4	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point <u>bez pryzmatu</u> Rozmiar: 25G/90mm (z prowadnicą dł. 38mm) Pozostałe parametry bez zmian
6	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point <u>bez pryzmatu</u> Rozmiar: 27G/90mm (z prowadnicą dł. 38mm) Pozostałe parametry bez zmian
7	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point <u>bez pryzmatu</u> Rozmiar: 25G/120mm (z prowadnicą dł. 38mm) Pozostałe parametry bez zmian
8	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point <u>bez pryzmatu</u> Rozmiar: 27G/120mm (z prowadnicą dł. 38mm) Pozostałe parametry bez zmian

Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 103, dotyczy Pakietu 7, poz. 10 i 2

Czy Zamawiający dopuści korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) do stosowania z męskimi konektorami Luer zapewniające skuteczną barierę przeciwbakteryjną (5 Koreczków na zbiorczym listku). Opakowanie zbiorcze zawiera 350 sztuk produktu, z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 104, dotyczy Pakietu 7, poz. 10 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Pakietu nr 7 i stworzy osobny pakiet? Wdzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 105, dotyczy Pakietu 11

Pyt. 1 – Czy Zamawiający dopuści: kaniule do wkluc obwodowych, z portem bocznym, działającym w bezpiecznym systemie zatraskowym typu "klik", w pełni kontrolowanym w trakcie użytkowania, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, w przeciwieństwie do metalowego zatrasku który zabezpiecza jedynie przed zakłuciem, zintegrowany koreczek Luer Lock z wewnętrznym trzpieniem powyżej krawędzi koreczka co umożliwia łatwe naprowadzenie w światło kaniuli, kaniula wykonana z poliuretanu z 3 paskami dającymi dobry kontrast na fotografiach RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyłę, lecz nie

zmniejszającymi elastyczności kaniuli, z oznaczeniem nazwy producenta jedynie na opakowaniu kaniuli (wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, tak więc nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli nie ma realnego zastosowania), rozmiary: 2,0 x 45mm (pomarańczowy); 1,5 x 45mm (biały); 1,3 x 32mm (zielony); 1,0 x 32mm (różowy); 0,9 x 25mm (niebieski); 0,7 x 19mm (żółty)?

Obecny opis przedmiotu zamówienia wskazuje na jednego producenta i uniemożliwia uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 106, dotyczy Pakietu 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 5 igieł do znieczuleń podpajeczynówkowych z przeźroczystą, dwustronnie rowkowaną nasadką typu luer. Nasadka igły ułatwiająca wizualizację wypływu CSF z optyką zwiększającą jego widoczność. Mandryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły, w rozmiarach i typach:

Poz. 1 Rozmiar 20G, długość 90mm z ostrzem typu Quincke

Poz. 2 Rozmiar 25G, długość 90mm z ostrzem typu Quincke

Poz. 3 Rozmiar 26G, długość 90mm z ostrzem typu Quincke razem z prowadnicą dł. 38mm (użycie prowadnicy nie zmniejsza dł. igły więcej niż o 12mm.)

Poz. 4 Rozmiar 25G, długość 90mm z ostrzem typu Pencil Point razem z prowadnicą dł. 38mm (użycie prowadnicy nie zmniejsza dł. igły więcej niż o 12mm.)

Poz. 5 Rozmiar 26G, długość 90mm z ostrzem typu Pencil Point razem z prowadnicą dł. 38mm (użycie prowadnicy nie zmniejsza dł. igły więcej niż o 12mm.)

Poz. 6 Rozmiar 27G, długość 90mm z ostrzem typu Pencil Point razem z prowadnicą dł. 38mm (użycie prowadnicy nie zmniejsza dł. igły więcej niż o 12mm.)

Poz. 7 Rozmiar 25G, długość 120mm z ostrzem typu Pencil Point razem z prowadnicą dł. 38mm (użycie prowadnicy nie zmniejsza dł. igły więcej niż o 12mm.)

Poz. 8 Rozmiar 27G, długość 120mm z ostrzem typu Pencil Point razem z prowadnicą dł. 38mm (użycie prowadnicy nie zmniejsza dł. igły więcej niż o 12mm.)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 107, dotyczy Pakietu 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy z gąbkowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o przestrzeni martwej 45ml, oporach przepływu ok. 1,3 cm H₂O przy 30l/min (ok. 3,2 cm H₂O przy 60l/min), skuteczności nawilżania 31,2 mg/l przy V_t=500ml, objętości oddechowej 300-1500ml, wadze 29g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 108, dotyczy Pakietu 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kateter do odsysania pola operacyjnego 24F (średnica zewnętrzna 8,0mm), sterylny, długość 210cm + końcówka zakrzywiona?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 109, dotyczy Pakietu 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2ml ze skalą jednostronną, rozszerzoną do 2,5ml, z symbolem zakazu powtórnego użycia na opakowaniu jednostkowym zamiast na korpusie, kodem kolorów na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 110, dotyczy Pakietu 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5ml ze skalą jednostronną, rozszerzoną do 5,5ml, z symbolem zakazu powtórnego użycia na opakowaniu jednostkowym zamiast na korpusie, kodem kolorów na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 111, dotyczy Pakietu 8, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 10ml ze skalą jednostronną, rozszerzoną do 11ml, z symbolem zakazu powtórnego użycia na opakowaniu jednostkowym zamiast na korpusie, kodem kolorów na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 112, dotyczy Pakietu 8, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml ze skalą jednostronną, rozszerzoną do 22ml, z symbolem zakazu powtórnego użycia na opakowaniu jednostkowym zamiast na korpusie, kodem kolorów na opakowaniu zbiorczym, pakowaną a'70 szt. z przeliczeniem ilości na 458 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 113, dotyczy Pakietu 8, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 1ml do tuberkuliny z igłą 0,45 x 13mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 114, dotyczy Pakietu 8, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 1ml do insuliny ze skalą co 0,05ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 115, dotyczy Pakietu 8, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5ml ze skalą nominalną, bez rozszerzenia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 116, dotyczy Pakietu 8, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze stożkiem ściętym prosto?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 117, dotyczy Pakietu 12, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z balonem o pojemności 5-10ml, sterylizowane tlenkiem etylenu (EO)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 118, dotyczy Pakietu 12, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z balonem o pojemności 30ml dla rozmiaru CH 12 oraz 30-50ml dla pozostałych rozmiarów, sterylizowane tlenkiem etylenu (EO)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 119, dotyczy Pakietu 12, poz. 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewniki posiadały zmrożoną powierzchnię?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 120, dotyczy Pakietu 12, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny 100% silikon, długość 50cm, z 6 otworami bocznymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 121, dotyczy Pakietu 12, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści dren Redona wykonany z poliuretanu (PU), pakowany zwinięty „w ślimak”, bez pamięci kształtu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 122, dotyczy Pakietu 12, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'90 szt. z przeliczeniem ilości na 100 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 123, dotyczy Pakietu 12, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem o pojemności 8ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 124, dotyczy Pakietu 12, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści szkiełka ze szlifowanymi krawędziami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 125, dotyczy Pakietu 12, poz. 31

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny wykonany z polipropylenu, o długości ok. 52mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 126, dotyczy Pakietu 12, poz. 33 - 34

Czy Zamawiający oczekuje sterylnych zestawów laryngologicznych?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zestawów jałowych.

Pytanie Nr 127, dotyczy Pakietu 21, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stażę o szerokości ok. 25mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 128, dotyczy Pakietu 22, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową skalowaną co 1ml w zakresie 3ml-50ml, z zastawką antyrefluksyjną na wejściu drenu do komory pomiarowej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 129, dotyczy Pakietu 22, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worek na mocz posiadający pojedynczy zgrzew?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 130, dotyczy § 3 ust. 3 umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 131, dotyczy Pakietu § 3 ust. 4 oraz § 4 ust. 5 umowy

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 3 ust. 4 oraz § 4 ust. 5 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 132, dotyczy § 5 ust. 2 umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 133, dotyczy zapisów umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie § 6 ust 1:

Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

b. 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy;

c. 0,5% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanych towarów;

d. 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 134, dotyczy SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,

jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosownie oświadczenie wraz z ofertą.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe, na załączonym oświadczeniu, musi być zapis, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Pytanie Nr 135, dotyczy zawarcia umowy

Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie Nr 136, dotyczy §6 pkt. 1 a, d wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% **wartości przedmiotu umowy brutto** w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być **naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur** w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanej w terminie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 137, dotyczy § 6 pkt.1b i c wzoru umowy

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, tak aby kary umowne naliczane Wykonawcy przez Zamawiającego za niedostarczonego w terminie towaru (pkt1b) oraz za wymianę towaru wolnego od wad (pkt1c) odpowiadały odsetkom za zwłokę w płatności za dostawy naliczane Zamawiającemu.

Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić Dostawca w razie zwłoki w dostawie towarów, a odsetkami w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności za zrealizowane dostawy, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę prawa cywilnego – równości stron stosunku cywilnoprawnego.

Mając na uwadze powyższe przepisy proponujemy zrównanie odsetek za zwłokę, które zobowiązany jest płacić Zamawiający w przypadku zwłoki w płatności za dostawy lub zrównanie kar umownych naliczanych Dostawcy do poziomu odsetek ustawowych tj. do wysokości 0,1%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 138, dotyczy projektu umowy § 6

Prosimy o zmniejszenie kar umownych do:

- 0,2% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia
- 0,2% wartości brutto zareklamowanego przez Zamawiającego towaru złej jakości za każdy dzień oczekiwania na wymianę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 24.08.2017r. poz. 1579) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

- wydziela z Pakietu Nr 7 pozycje nr 1, 4, 7 tworzy oddzielny Pakiet nr 30,
- wydziela z Pakietu Nr 7 pozycję nr 2 tworzy oddzielny Pakiet nr 31,
- wydziela z Pakietu Nr 14 pozycję nr 9 tworzy z niej oddzielny Pakiet nr 32,
- wydziela z Pakietu Nr 12 pozycje nr 1-11, 13-15 tworzy oddzielny Pakiet nr 33.

Załącznik Nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna **dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku z podziałem na 33 Pakiety:**

Nr pakietu	Nazwa	Kod CPV
Pakiet 1	Filtr elektrostatyczny	33140000-3
Pakiet 2	Kateter do odsysania poła op.	33141640-8
Pakiet 3	Maska anestezjologiczna AMBU	33171000-9
Pakiet 4	Igły do znieczuleń II	33141321-6
Pakiet 5	Igły do znieczuleń	33141321-6
Pakiet 6	Igły do biopsji	33141323-0
Pakiet 7	Drobny sprzęt I	33141000-0; 33194100-7
Pakiet 8	Strzykawki	33141310-6
Pakiet 9	Cewniki, ostrza, zgłębniki	33141200-2; 33141411-4; 33140000-3
Pakiet 10	Przyrządy do infuzji, przedłużacze, strzykawki	33194100-7; 33140000-3; 33141310-6
Pakiet 11	Kaniule	33141220-8
Pakiet 12	Drobny sprzęt II	33141220-8
Pakiet 13	Igły iniekcyjne	33141320-9
Pakiet 14	Rurki i prowadnice	33171000-9
Pakiet 15	Wzierniki ginekologiczne	33140000-3
Pakiet 16	Zestaw do pulsacyjnego płukania do kolana	33190000-8
Pakiet 17	Taśma do Kinezy Tapingu	33155000-1
Pakiet 18	Okularki do fototerapii	33730000-6
Pakiet 19	Zestaw do drenażu typu Handy Vac	33190000-8
Pakiet 20	Igły do penów	33140000-3;
Pakiet 21	Opaski uciskowe	33141600-6
Pakiet 22	Worki na mocz	33140000-3
Pakiet 23	Układ oddechowy do respiratora	33140000-3
Pakiet 24	Przewód do cytoskopu	33140000-3
Pakiet 25	Dreny do pompy objętościowej Alaris GW	33140000-3
Pakiet 26	Kaniula donosowa, układ pacjenta	33140000-3
Pakiet 27	Igła do punkcji	33141323-0
Pakiet 28	Prowadnica	33140000-3
Pakiet 29	Zestaw do zakładania cewników pępowinowych	33140000-3
Pakiet 30	Drobny sprzęt III	33141000-0
Pakiet 31	Koreczki do kaniul	33141000-0
Pakiet 32	Zestaw do intubacji Combitube	33171000-9
Pakiet 33	Cewniki, dreny, drobny sprzęt	33141220-8

na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzach cenowych – Załącznik nr 5 do SIWZ.

Punkt 7. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany złożyć **na wezwanie** Zamawiającego:

- a. Oświadczenie Wykonawcy o braku toksycznych ftalanów DEHP – dotyczy: pakiet nr 7 poz. 3, 6; pakiet nr 9 poz. 1,3,4,5; pakiet nr 10 poz. 3,4,5,6,7; pakiet nr 15.

- b. Karty Charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego, z którego zostały wykonane przyrządy – pakiet nr 10 poz. 3, 4, 5, 6, 7.
- c. Dokument opisowy, np. katalog/ulotka informacyjna (w języku polskim) wraz ze zdjęciem – pakiety nr 1; 3; 9 poz. 8; 11; 19; 21; 25; 26; 27; 28; 29; 33 poz. 11
- d. Dokument potwierdzający skuteczność filtracji – dotyczy Pakietu nr 1.
- e. Dokument potwierdzający czas użytkowania w zakresie 8-72 h – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 5.
- f. Próbkki oferowanego przedmiotu zamówienia, po 1 (jednej) sztuce w celu potwierdzenie zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ – dotyczy: **pakiet nr 8 poz. 11, nr 10 poz. 3, 5, nr 21 poz. 1, nr 25, nr 27, nr 29, nr 33 poz. 11.**

Zamawiający odstępuje od wymogu próbek w Pakiecie 28 !

Punkt 11.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

11.1 Oferta musi zawierać:

- 11.1.1. *Wypełniony i podpisany formularz ofertowy* – według załącznika nr 3 do SIWZ;
- 11.1.2. *Wypełniony i podpisany formularz cenowy* – według załącznika nr 5 do SIWZ.
- 11.1.3. *Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ* – wg załącznika nr 4 do SIWZ;

§ 5 ust 2 Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje brzmienie:

- 2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu **5 dni** roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

Załącznik Nr 5.14 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.14 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 14 – Rurki i prowadnice

Nazwa i adres Wykonawcy

Ip.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy/	Producent	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1	Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Iwory PCV, sterylna, w rozmiarze 2,0mm - 5,0mm / 22,5cm - 36,5cm (+/-0,5cm)			szt.	30				
2	Prowadnica wielorazowego użytku do trudnych intubacji 15CH x 60 cm			szt.	3				
3	Rurka intubacyjna bez mankietu z wyrażnym czynnikiem głębokości, silikonowana, linia RTG na całej długości rurki, jałowa, jednorazowego użytku. Rozmiar 2,0 - 9,0			szt.	40				
4	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z wyrażnym czynnikiem głębokości, typ Murphy, silikonowana linia RTG na całej długości rurki, jałowa, jednorazowego użytku. Rozmiar 2,0 - 9,5			szt.	810				
5	Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, wzmocniona na całej długości rurki, odporna na zginanie, łącznik 15 mm trwale złączony z rurką, znakowany balonik, jałowa, jednorazowego użytku. Rozmiar 5,5-9,5			szt.	150				
6	RURKA TRACHEOSTOMIJNA wykonana z termoplastycznego PCW, w całości widoczna w RTG, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, w zestawie z dwoma kaniulami, opaską i szczoteczką, sterylna. Rozmiary od 6,0mm-10,0mm co 1,00mm oraz 7,5mm i 8,5mm.			zestaw	2				
7	RURKA TRACHEOSTOMIJNA z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0mm-10,00mm co 1,00mm oraz 7,5mm i 8,5mm.			szt.	1				

 

8	Rurka ustno-gardłowa Guedel, wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu, pojedynczo pakowane, jałowe, jednorazowego użytku, z cyfrowym oznaczeniem rozmiaru 00/5cm.		szt.	320				
---	---	--	------	-----	--	--	--	--

UWAGA !

W poz. 6, 7 - Zamawiający zdecydował na etapie zamówienia o konkretnym rozmiarze, zgodnie z zapotrzebowaniem oddziału szpitalnego.

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 7 – drobny sprzęt I

Nazwa i adres Wykonawcy

Ip.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy	Producent	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1	Kranik trójdrożny z poliamidu z portem bezigłowym i przedłużaczem 100cm. Bez zawartości fiolanów. Możliwość obrotu kranika wokół własnej osi bez skręcania przedłużacza.			szt.	200				
2	Applikator wielokrotnego pobierania leków i płynów. Filtrowy/bakteryjny 0,45mcm. Samodomykająca się zatyczka. Osłona poru do przyłączenia strzykawki stała, nieruchoma przy otwartej zatyczce. Automatykna zastawka otwierająca drogę dla płynów tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla łatwego pobrania i ochrony przed przypadkowym wyciekaniem płynu. Czas użytkowania w zakresie 8-72godz. potwierdzony badaniami.			szt.	1 300				
3	Aparaty do przetoczeń płynów bez zawartości DEHP (fiolanów) z oznaczeniem na opakowaniu. Komora kroplowa dwuczęściowa. W zaciśniętym miejscu na podwieszenie drenu i osłona na kole aparatu po użyciu. Membrana na końcu drenu umożliwiająca wypłnienie drenu bez wycieku płynu i bez pęcherzyków powietrza. W komorze kroplowej ma brana z filtrem cząsteczkowym chroniąca przed dostaniem się powietrza do drenu w momencie końca infuzji			szt.	8 700				
4	Zestaw do krótkotrwałych iniekcji, infuzji, transfuzji - modyfikacji anestetycznej do żył obwodowych. Igła punkcyjna wykonana ze stali chromowo-niklowej z silikonizowanym precyzyjnym szlifem. Skrzydełka połączone z uchwytem do wprowadzania igły do żyły. Skrzydełka o odpowiednim kodzie kolorów			szt.	250				

[Handwritten signatures]

	odpowiadającym rozmiarowi. Odporny na zginanie, elastyczny przezroczysty drenik o długości 30cm; zakończenie drenika lock; koreczek Lock. Rozmiar 0,65 x 20mm, 0,8 x 20mm								
5	Worek do osłony przed światłem 100-250ml					szt.	200		
6	Worek do osłony przed światłem 500-1000ml					szt.	100		

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

Nowy Załącznik Nr 5.12 do SIWZ:

Załącznik Nr 5.12 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 12 – Drobny sprzęt II

Nazwa i adres Wykonawcy

Ip.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy/	Producent	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1	Kieliszki plastikowe do leków, poj. 25-30ml x 75szt.			op.	120				
2	Maska tlenowa z rurką dla dorosłych i, wykonana z PCV jakości medycznej, długość drenu min. 2000mm, sterylna, pakowana pojedynczo, wyposażona w klips uniemożliwiający dostawianie się tlenu do oczu. Rozmiar M, L, XL			szt.	30				
3	Maska tlenowa z rurką dla dzieci , wykonana z PCV jakości medycznej, długość drenu min. 2000mm, sterylna, pakowana pojedynczo, wyposażona w klips uniemożliwiający dostawianie się tlenu do oczu. Rozmiar S			szt.	20				
4	Maska tlenowa z rurką dla noworodków , wykonana z PCV jakości medycznej, długość drenu min. 2000mm, sterylna, pakowana pojedynczo, wyposażona w klips uniemożliwiający dostawianie się tlenu do oczu. Rozmiar XS			szt.	5				
5	Maska tlenowa z drenem i nebulizatorem dla dorosłych, wykonana z PCV jakości medycznej, długość drenu min. 2000mm, pojemność nebulizatora 6mm, sterylna, pakowana pojedynczo, wyposażona w klips uniemożliwiający			szt.	420				

	dostawanie się tienu do oczu Rozmiar M, L, XL								
6	Nożyczki do przecinania zaciskacza do pewownicy składające się z dwóch ruchomych ramion połączonych nitami miedzianym zapewniającym swobodny obrót oraz ostrza wykonane z utwardzonej stali dwustronnie szlifowanego i ostrzonego.						4 szt.		
7	Opaski identyfikacyjne dla dorosłych wykonane z przezroczystej folii PCV, posiadające kształt paska węższego z jednego końca, część szersza opaski wykonana z podwójnej folii, górna krótsza część zakończona języczkiem umożliwiającym wprowadzenie do wnętrza kartonika z danymi osobowymi, węższa część opaski posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka; długość opaski – 28 cm						300 szt.		
8	Opaski identyfikacyjne dla noworodków wykonane z folii PCV, przezroczystej z zakończeniami błękitnymi i różowymi; posiadające kształt paska węższego z jednego końca, część szersza opaski wykonana z podwójnej folii, górna krótsza część zakończona języczkiem umożliwiającym wprowadzenie do wnętrza kartonika z danymi osobowymi, węższa część opaski posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka; długość opaski – 16 cm						3 300 szt.		
9	Ostonki medyczne (prezerwatywy bezpudrowe, bez zbiorniczka) na głowice USG						5 328 szt.		
10	Szkiełka cytologiczne mikroskopowe, cięte 1 krawędzie, matowe pole do opisu, optycznie czyste. Opakowanie 50 szt.						32 op.		
11	Szpatałki laryngologiczne drewniane do języka x 100 szt.						140 op.		
12	Ułtwalacz do badań cytologicznych w aerozolu, op. 150-200ml						14 op.		
13	Wieszak do worka na mocz						480 szt.		
14	Woreczki przylepne (bez gąbki) do pobierania moczu dla niemowląt o poj. 100-150ml (chłopcy i dziewczynki)						660 szt.		
15	Wzierniki do otoskopów Rimini 2, 5mm.						1 450 szt.		
16	Wzierniki do otoskopów Rimini 4, 0mm.						1 350 szt.		
17	Zaciskacz do pewownicy służący do zamknięcia światła naczyń pewownicowych u noworodków, wykonany z polipropylenu lub tworzywa ABS (w kolorze białym) metodą wtryskową; składający się z dwóch szczepek połączonych pierścieniem sprężystym i zatrzasku zamykającego, posiadający specjalnie wyprofilowany języczek zapobiegający przedostaniu się pewownicy do części otworowej pierścienia; długość zaciskacza min. 52 mm						220 szt.		
18	Zestaw do lewatywy z prostą kanką, sterylny lub mikrobiologicznie czysty z zaciskaczem						500 szt.		
19	Zestaw laryngologiczny dla dzieci, jednorazowy, jałowy do badania gardła, nosa, ucha, zawierający: wziernik uszny o						50 szt.		

[Handwritten signatures and initials]

	śr. 2mm, wziernik nosowy, szpatułkę.								
20	Zestaw laryngologiczny dla dorosłych, jednorazowy, jałowy do badania gardła, nosa, ucha, zawierający: wziernik uszny o śr. 4mm, wziernik nosowy, szpatułkę.					zestaw	2 350		

Miejscowość i data:
Podpis Wykonawcy:

Nowy Załącznik Nr 5.30 do SIWZ:

Załącznik Nr 5.30 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 30 – Drobnny sprzęt III

Nazwa i adres Wykonawcy

Ip.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy	Producent	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1	Łącznik międzyszyrkawkowy do połączenia dwóch strzykawek. Pakowany pojedynczo sterylnie. Zakończenia luer lock z fabrycznie nałożonymi osłonami. Dodatkowy uchwyt chroniący przed zabrudzeniem portów do przyłączenia strzykawek.			szt.	70				
2	Łącznik z zaciskiem rolkowym zakończony czterema końcówkami luer lock zabezpieczonymi koreczkami i jedną końcówką zakończoną koreczką z membraną do dezynfekcji.			szt.	400				
4	Zestaw do wkłucia centralnego składający się z: cewnik poliuretanowy 20cm 1,4 x 2,1mm widoczny w RTG ze znacznikami długości, stałe i ruchome skrzydełka mocujące, przewodnica niklowo-tytanowa odporna na złamanie, rozszerzadło, strzykawka trzyczęściowa 5ml, igła Seldingera prosata 18G/70mm.			szt.	1				

Miejscowość i data:
Podpis Wykonawcy:

Nowy Załącznik Nr 5.31 do SIWZ:

Załącznik Nr 5.31 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 31 – Koreczki do kaniul

Nazwa i adres Wykonawcy

lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy	Producent	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1	Koreczki do kaniul pakowane pojedynczo sterylnie z częścią wchodzącą do światła kaniuli cofniętą poniżej korpusu (gwintu) koreczka.			szt.	15 100				

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

Nowy Załącznik Nr 5.32 do SIWZ:

Załącznik Nr 5.32 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 32 – Zestaw do intubacji Combitube

Nazwa i adres Wykonawcy

lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy/	Producent	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1	Zestaw do intubacji Combitube w skład, którego wchodzi: rurka przełykowo-tchawicza Combitube umożliwiająca szybkie i łatwe udrożnienie dróg oddechowych rozmiar 41FR; dwie strzykawki do wypełniania mankietów uszczelniających; cewnik do odsysania			zestaw	1				

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 33 – Cewniki , dreny drobny sprzęt

Nazwa i adres Wykonawcy

Ip.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy/	Producent	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1	Butelka do długotrwałego odsysania ran typu REDON poj. 200-250ml, sterylna			szt.	2 130				
2	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi lub naprzeciwległymi otworami bocznymi, wykonane z PCV o jakości medycznej, powierzchnia zmróżona, posiadający atraumatyczne zakończenie, końcówka cewnika szczelnie dopasowana do końcówki ssaka, sterylizowane EO, długość 40cm, rozmiar 6-10			szt.	120				
3	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi lub naprzeciwległymi otworami bocznymi, wykonane z PCV o jakości medycznej, powierzchnia zmróżona, posiadający atraumatyczne zakończenie, końcówka cewnika szczelnie dopasowana do końcówki ssaka, sterylizowane EO, długość 60cm, rozmiar 12-22			szt.	1 050				
4	Cewnik Foley silikonowany ,dwudrożny, rozm. CH 12-24, zastawka plastikowa lub lateksowa, możliwość napełniania strzykawką Luer, sterylizowany radiacyjnie, pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy lub opakowanie folia-papier, pojemnik balonika 5-15ml, długość ok.40cm			szt.	2 850				
5	Cewnik Foley silikonowany ,dwudrożny, rozm. CH 12-24, zastawka plastikowa lub lateksowa, możliwość napełniania strzykawką Luer, sterylizowany radiacyjnie, pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy lub opakowanie folia-papier, pojemnik balonika 30-45ml, długość ok.40cm			szt.	190				
6	Cewnik urologiczny Nelaton rozmiar CH6-18, długość 40 cm, wykonane z PCV o jakości medycznej, na opakowaniu nadrukowane napisy w			szt.	85				

Powyzsze informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.
Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPREZES ZARZĄDU
[Signature]
Marek Stawicki

PROKURANT
[Signature]
Maja Kulczak

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI
PZOZ/DZP/382/04PN/18 z dn.*2. marca*... 2018

Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02 lub e-maila: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy

STARSZY INSPEKTOR

[Signature]
Marta Mikulska

KIEROWNIK APTEKI

[Signature]
mgr farm. Katarzyna Bogucka

[Signature]

