

Płock, dnia 18.10. 2019 roku

PZOZ/DZP/382/40PN/19

Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych oraz fartuchów.**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMS o gramaturze min. 40 g/m² o odporności na przenikanie cieczy w strefie rękawów > 165 cm H₂O, posiadającego w okolicach szyi zapięcie na taśmę wielokrotnego użytku dopasowującą produkt do kształtu ciała operatora w dowolnym miejscu na wysokości barków. Fartuch posiada indywidualne oznakowanie rozmiaru nadrukowane na fartuchu pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Długość fartuchów: 115 cm, 125 cm, 140 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego o długości 155 cm, wykonanego z włókniny SMS o gramaturze min. 40 g/m² o odporności na przenikanie cieczy w strefie rękawów > 165 cm H₂O, posiadającego w okolicach szyi zapięcie na taśmę wielokrotnego użytku dopasowującą produkt do kształtu ciała operatora w dowolnym miejscu na wysokości barków. Fartuch posiada indywidualne oznakowanie rozmiaru nadrukowane na fartuchu pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 3, dotyczy § 6, ust. 1

Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §6 ust. 1a i 1d do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy,
- §6 ust. 1b do kwoty 0,5 % wartości niedostarczonej części przedmiotu zamówienia
- §6 ust. 1c do kwoty 0,5 % wartości reklamowanej części zamówienia.

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 4, dotyczy § 6, ust. 1b

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, by w/w paragrafie wzoru umowy słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”?

Pytanie nasze wynika z faktu, iż przesłanką do naliczenia kary umownej winna być zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5, dotyczy Pakietu 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 1 niżej opisanego fartucha?

Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m², wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej 50 g/m² i na rękawach 50 g/m², – odporność na przenikanie cieczy 100 cm H₂O ((część przednia- strefa krytyczna) oraz 100 cm H₂O (rękawy - strefa krytyczna). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzepy o wymiarach 2,5x10-12,5cm oraz 2,5x3,5cm, mankiety o długości min. 6 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku bezpośrednio na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość M-126cm, L-137cm, XL-145cm. Na opakowaniu zewnętrznym cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min.: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę identyfikującą dostawcę.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6, dotyczy Pakietu 7 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 2 niżej opisanego fartucha?

Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m², wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej 50 g/m² i na rękawach 50 g/m², – odporność na przenikanie cieczy 100 cm H₂O ((część przednia- strefa krytyczna) oraz 100 cm H₂O (rękawy - strefa krytyczna). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzepy o wymiarach 2,5x10-12,5cm oraz 2,5x3,5cm, mankiety o długości min. 6 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku bezpośrednio na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość XXL – 155cm. Na opakowaniu zewnętrznym cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min.: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę identyfikującą dostawcę.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7, dotyczy Pakietu 1, poz.2

Czy zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu, z możliwością stosowania do 7 dni, z drenem o dł. 90 cm, kranik spustowy typu poprzecznego T, bez dodatkowego portu do próbek, posiada zastawkę antyzwrotną, tylna ścianka biała, skala na przedniej ścianie w kontrastowym kolorze?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8, dotyczy Pakietu 1, poz. 2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zbiorcze 10 szt., z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9, dotyczy Pakietu 3, poz. 3-5

Czy zamawiający wydzieli poz.3-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10, dotyczy Pakietu 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójplaszczynową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11, dotyczy Pakietu 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczełu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12, dotyczy Pakietu 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści IS bursztyn. bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójplaszczynową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13, dotyczy Pakietu 3, poz. 4

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów bursztyn. z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14, dotyczy Pakietu 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztyn bez dodatkowego zaczełu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15, dotyczy Pakietu 3, poz. 4

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16, dotyczy Pakietu 3, poz.5

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójplaszczynową ściętą, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczeł na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia,

sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm³, powierzchnia komory 36,52 cm², powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm² (objętość 3,69 cm³)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17, dotyczy Pakietu 3, poz.5

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18, dotyczy Pakietu 3, poz.5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19, dotyczy Pakietu 3, poz.5

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20, dotyczy Pakietu 4, poz. 1-3

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21, dotyczy Pakietu 4, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym EO?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22, dotyczy Pakietu 4, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści kompresy o wykrój dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – wykrój 9,5 cm x 18,5 cm; dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – wykrój 14,5 cm x 28,5 cm; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – wykrój 19 cm x 38 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23, dotyczy Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej resorbowalnej celulozy, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,
- sterylizowane promieniami gamma,
- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi
- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone badaniami in vitro oraz w instrukcji użytkowania;
- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,
- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumoniae, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,
- hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;
- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;
- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii
- warunki przechowywania do 25 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24, dotyczy Pakietu 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek do g.z.m z komorą pomiarową 500ml skalowaną co 1ml w zakresie 3ml – 40ml, z zastawką antyrefluksyjną na wejściu drenu do komory pomiarowej, zamiast w łączniku do cewnika Foley'a?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25, dotyczy Pakietu 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu z wytrzymałym pojedynczym zgrzewem na całym obwodzie, pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26, dotyczy Pakietu 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści bursztynowy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV pozbawionego ftalanów, bez logo trwale umieszczonego na przyrządzie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27, dotyczy Pakietu 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV pozbawionego ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28, dotyczy Pakietu 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnym wykroju 28,7x18cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29, dotyczy Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnym wykroju 37,5x24cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30, dotyczy Pakietu 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnym wykroju 19,5x12,3cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31, dotyczy Pakietu 4, pozycja 4-5

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu nieposiadającym naklejek do wklejania do dokumentacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32, dotyczy Pakiet 4, pozycja 4-5

Czy Zamawiający dopuści kompresy 16 warstwowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33, dotyczy Pakietu 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy w minimalnym wykroju 38,5x41,5cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34, dotyczy Pakietu 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kompresy w minimalnym wykroju 29x32,5cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35, dotyczy Pakietu 4, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36, dotyczy Pakietu 4, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37, dotyczy Pakietu 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne w właściwościach kohezyjnych o rozciągliwości 100-140%, o składzie 31% poliamid i 69% wiskoza?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38, dotyczy Pakietu 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 posiadający nieprzemakalne wzmocnienia na rękawach oraz w części przedniej wykonane z dwuwarstwowego laminatu

o gramaturze 40g/m2, odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 66 cm H₂O, w strefie mniej krytycznej 50,50 cm H₂O, z dwoma rzepami lewym 3cm x 13cm oraz prawy 3cm x 7cm, dostępny w rozmiarach M - 120cm, L - 128cm, XL - 138cm, indywidualne oznaczenie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ,

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39, dotyczy Pakietu 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 posiadający nieprzemakalne wzmocnienia na rękawach oraz w części przedniej wykonane z dwuwarstwowego laminatu

o gramaturze 40g/m2, odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 66 cm H₂O, w strefie mniej krytycznej 50,50 cm H₂O, z dwoma rzepami lewym 3cm x 13cm oraz prawy 3cm x 7cm, w rozmiarze XXL - 157cm, indywidualne oznaczenie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40, dotyczy Pakietu 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia opakowanie jałowe folia-papier i spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41, dotyczy Pakietu 7, poz. 1

W związku z możliwością zaoferowania produktu w konkurencyjnej cenie prosimy o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 40 g/m2 w strefie wzmocnienia oraz zapięciu na rzep o wymiarach 2 x 10 cm i 2 x 5 cm po drugiej stronie, z oznakowaniem rozmiaru w postaci pieczątki bezpośrednio na fartuchu, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42, dotyczy Pakietu 7, poz. 2

W związku z możliwością zaoferowania produktu w konkurencyjnej cenie prosimy o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 40 g/m2 w strefie wzmocnienia oraz zapięciu na rzep o wymiarach 2 x 10 cm i 2 x 5 cm po drugiej stronie, z oznakowaniem rozmiaru w postaci pieczątki bezpośrednio na fartuchu, długość 145 cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43, dotyczy Pakietu 7, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny SMS? Włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie przebiegiem procesu technologicznego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44, dotyczy Pakietu 7, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze wzmocnienia z przodu oraz na rękawach 40g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45, dotyczy Pakietu 7, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z oznaczeniem rozmiaru w postaci wszywki lub pieczątki widocznych przed rozłożeniem fartucha?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46, dotyczy Pakietu 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 140cm w miejsce fartucha 150cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47, dotyczy § 6 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48, dotyczy § 6 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo "opóźnienia" zostało zastąpione słowem "zwłoki"?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 4.

Pytanie nr 49, dotyczy § 6 ust. 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 50, dotyczy Pakietu 7, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS o rozmiarach 120 cm, 140 cm, 150 cm. Odporność na przenikanie cieczy min. 178 cm H₂O (rękawy – strefa krytyczna). Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości fartucha oraz na opakowaniu. Pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51, dotyczy Pakietu 7, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS o rozmiarze 160 cm. Odporność na przenikanie cieczy min. 178 cm H₂O (rękawy – strefa krytyczna). Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości fartucha oraz na opakowaniu. Pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52, dotyczy Pakietu 7, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycjach fartuchów wykonanych z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS (posiadających dodatkową warstwę filtracyjną zwiększającą bezpieczeństwo użytkowników) o gramaturze podstawowej wynoszącej 35 g/m². Przód i ¾ rękawów wzmocnione 2-warstwowym „oddychającym” laminatem PP+PE o gramaturze 40 g/m².

Fartuch zapinany u góry na rzep o długości 2 x 10 cm, posiadający oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru) Opakowanie wyposażone w dwie odklejane etykiety zawierające m.in. numer serii i datę ważności produktu oraz dane importera. Fartuchy w rozmiarach M, L, XXL odpowiadające długości:

M 120cm

L 130cm

XXL 150cm

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 53, dotyczy Pakietu 7, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycjach fartuchów wykonanych z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS (posiadających dodatkową warstwę filtracyjną zwiększającą bezpieczeństwo użytkowników) o gramaturze podstawowej wynoszącej 35 g/m². Przód i ¾ rękawów wzmocnione 2-warstwowym „oddychającym” laminatem PP+PE o gramaturze 40 g/m².

Fartuch zapinany u góry na rzep o długości 2 x 10 cm, posiadający oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru) Opakowanie wyposażone w dwie odklejane etykiety zawierające m.in. numer serii i datę ważności produktu oraz dane importera. Fartuch w rozmiarze XXXL odpowiadający długości 160 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 54, dotyczy Pakietu 7, poz. 1-2

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający będzie wymagał fartuchów posiadających rękawy typu reglan, ułatwiające zakładanie oraz zapewniające swobodę ruchów użytkowników.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55, dotyczy Pakietu 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/ w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 56, dotyczy Pakietu 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie worka na mocz 2l bez portu do pobierania próbek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 57 dotyczy Pakietu 3 poz. 3

Czy zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania płynów z logo producenta na zaciskaczu rolkowym tak jak w pozycji nr 4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 58 dotyczy Pakietu 3 poz.3-5

Czy zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania płynów z uchwytem na zaciskaczu rolkowy wyposażonego w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 59 dotyczy Pakietu 3 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 60, dotyczy Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie worka na mocz 2l bez białej tylnej ściany ? (cały przezroczysty)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 61 dotyczy Pakietu 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch zgodnie z poniższym opisem:

Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m², wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa. 40 g/m² w części przedniej i na rękawach, odporność na przenikanie cieczy powierzchnia standardowa: 55 cm H₂O, powierzchnia wzmocniona: 112 cm H₂O. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie.

Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): M - 115 cm, L - 127 cm, XL - 135cm.

Na opakowaniu zewnętrznym trzy etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 62 dotyczy Pakietu 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch zgodnie z poniższym opisem:

Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m², wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa. 40 g/m² w części przedniej i na rękawach, odporność na przenikanie cieczy

powierzchnia standardowa: 55 cm H₂O, powierzchnia wzmocniona: 112 cm H₂O. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie.

Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): **XXL - 140 cm**. Na opakowaniu zewnętrznym trzy etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 63 do Umowy § 6 KARY UMOWNE pkt. 1, b

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści powyższego paragrafu zgodnie z poniższym:

Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

- a. 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 64 do Umowy:

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

§ 4 ust 9 Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem, telefonicznie, pocztą elektroniczną) na przedmiot umowy objęty umową uprawniony jest przedstawiciel Apteki Szpitalnej, tel. kontaktowy 24 364 51 27, adres e-mail: apteka@plockizoz.pl.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.p

WICEPRZEDSIĘDZIE

Marek Stawicki

PROKURENT

Maja Kulesza

Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści PZOZ/DZP/382/40PN/19 z dn. 18.10.2019

Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy

KIEROWNIK APTEKI

mgr farm. Katarzyna Bogucka

STARSZY INSPEKTOR

Marta Mikulska

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH

Dagmara Bednarska