

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Misja Szpitala Świętej Trójcy:

„Chory jest podmiotem wszystkich naszych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych”

Płock, dnia 03 listopada 2014 roku

PZOZ/DZP/382/50PN/14

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE
ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa wyposażenia medycznego**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 wymaga zaoferowania szczypiec wielorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego, w związku z czym dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu nr 30

Czy Zamawiający dopuści myjkę będącą produktem kosmetycznym o stawce VAT 23 %? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu nr 32

Czy Zamawiający wymaga szczotkę pakowaną a' 30 szt., sterylizowaną tlenkiem etylenu, pakowaną pojedynczo z dołączonym pilnikiem do paznokci, posiadającą włosie o równej długości? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry, jednak w ilości zgodnej z SIWZ, tj. 2500 szt., pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu nr 11

Zamawiający, w pakiecie nr 11, opisał parametry wymaganych wkładów i pojemników (kanistrów) wskazując na produkt jednego, konkretnego producenta. W związku z tym, informujemy że wkłady danej marki są kompatybilne wyłącznie z kanistrami tej samej marki, więc niemożliwe jest złożenie oferty konkurencyjnej wobec wkładów o parametrach podanych w SIWZ, co faworyzowałoby określonego producenta i ograniczało konkurencję.

Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia jedynie wtedy, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia oraz nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wskazując nazwę własną opisywanego przedmiotu zamówienia zamawiający bezwzględnie i w każdym przypadku zobowiązany jest dopuścić składanie ofert równoważnych. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych nie może być jedynie iluzoryczne i pozorne. Zamawiający powinien określić kryteria równoważności, w celu umożliwienia wykonawcom złożenia ważnej oferty oraz zachowania zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. W związku z tym Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy PZP, powinien sprecyzować zakres minimalnych parametrów równoważności produktów, w oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - powinny być podane w sposób przejrzysty, dokładny i transparentny. Jak wskazuje Krajowa Izba Odwoławcza, brak podania minimalnych wymagań w zakresie równoważności produktów, przy jednoczesnym wskazaniu konkretnego produktu, stanowi naruszenie dyspozycji art. 29 ust. 3 ustawy PZP i równego dostępu do zamówienia publicznego (sygn. Akt: KIO 483/11).



Postawione przez Zamawiającego wymagania dotyczące kompatybilności wkładów z posiadanymi kanistrami nie znajdują obiektywnego uzasadnienia w potrzebach Zamawiającego, ponieważ inni wykonawcy oferują sprzęt spełniający te same wymagania funkcjonalne oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi kanistrów, które stanowią ułamek kosztów całej oferty, zatem nie stanowią istotnego czynnika cenowego

Istotnym jest, że art. 29 ust. 2 ustawy PZP posługuje się sformułowaniem „mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”. Takie pojęcie użyte przez ustawodawcę powoduje, że na wykonawcy ciąży jedynie obowiązek uprawdopodobnienia, że opis przedmiotu zamówienia może utrudniać uczciwą konkurencję, zaś dowód na okoliczności, że do takiego utrudnienia nie doszło ciąży na Zamawiającym (wyrok Kio z dnia 10 kwietnia 2013 r., sygn.. akt: KIO 694/13).

Jednocześnie przypominamy Zamawiającemu że naruszenie przepisów ustawy Pzp stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych (zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: *naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję*).

Wobec powyższego, wnosimy o dopuszczenie zaoferowania w postępowaniu wkłady i pojemniki (kanistry) typu VacSax. Jest to renomowany producent tego typu sprzętu i z pewnością zaspokoi potrzeby Zamawiającego w zakresie jakości i walorów użytkowych, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu nr 28, poz. 3 i 4

Czy wypożyczone klipsownice mają posiadać bransze szczęk proste czy raczej zagięte pod kątem 20 stopni dzięki czemu jest lepsza widoczność zakładanego klipsa.

Odpowiedź: Klipsownice mają posiadać bransze szczęk zagięte pod kątem 20 stopni. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 6, dotyczy § 5 pkt. 2 istotnych postanowień umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru z 48 godzin na 5 dni roboczych.

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 48 godzin na wymianę reklamowanego towaru na towar wolny od wad jakościowych bądź ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) dni tj.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 7, dotyczy § 6 pkt. 1 istotnych postanowień umowy

Prosimy o modyfikację ww zapisu na:

Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. 10% wartości niewykonanej umowy netto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

a. 5% wartości netto przedmiotu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b. 5% wartości netto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie.

c. 10% wartości netto nie wykonanej umowy, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy

Naszemu zdaniem, kary umowne winny być **naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy/umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie** a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanej w terminie dostawy/umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 8, dotyczy upoważnienia

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu,

zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli - potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza powyższe.*

Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie poz. nr 2 do oddzielnego Pakietu?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.*

Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu nr 35, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maty zawierające 30 listków każda? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu nr 35, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści by maty były dostarczane w opakowaniu zbiorczym = 6 mat?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ (z odpowiednim przeliczeniem ilości).*

Pytanie Nr 12, dotyczy § 6 ust. 1a i 1d istotnych postanowień umowy

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie przewidzianej kary umownej do 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy danego pakietu.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 13, dotyczy § 6 ust. 1b i 1c istotnych postanowień umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych do 1% wartości brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia oraz do 1% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu nr 32, poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 32 poz. 1 wymaga aby opakowanie ze szczotką zawierało pilniczek do czyszczenia paznokci?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu nr 32, poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 32 poz. 1 wyrazi zgodę na dopuszczenie szczoteczek z polietylenową szczoteczką? Oferowane przez nas szczoteczki są wykonane z miękkiego i elastycznego materiału a pojedyncze włoski ułożone są w specjalny system, który jest bardzo przyjazny dla naskórka przy jednoczesnym zachowaniu funkcji myjących.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu nr 32, poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 32 poz. 1 wyrazi zgodę na dopuszczenie szczoteczek o wymiarach: dł.8 cm, szer.5 cm, wys. 3,7 cm? Nasz produkt został dopuszczony do obrotu już w 1993 r. Jest produkowany zgodnie z system jakości ISO 9001 i wymaganiami dyrektywy rady 93/42/EEC.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu nr 50, poz. 2

Czy Zamawiający w wyrazi zgodę na dopuszczenie szczoteczek w opakowaniach zbiorczych zawierających 25 szt. szczoteczek?

Odpowiedź: *Wykonawca błędnie określił nr pakietu, ponieważ z treści pytania wynika, iż dotyczy ono Pakietu nr 32 poz. 1. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ oraz ilość zgodnie z SIWZ, tj. 2500 szt.*

Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu nr 39, poz. 1

Czy zamawiający dopuści „Szczoteczkę do czyszczenia kanału biopsyjnego endoskopowego (wielorazowego użytku), długość narzędzia 230cm, średnica kanału roboczego w zakresie 2,0-2,6mm, 1op= 1 szt.

Odpowiedź: *Zamawiający rezygnuje z zamówienia Pakietu nr 39 tj. szczotek do czyszczenia kanału biopsyjnego i dokona modyfikacji SIWZ.*

Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu nr 43, poz. 1 i 2

Prosimy o określenie do jakiego typu rękojeści shavera mają pasować wymienione przez Zamawiającego ostrza shavera.

Odpowiedź: *Rękojeść firmy Stryker TYP 03757045E.*

Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu nr 8, poz. 3

Czy zamawiający dopuści bipolarną elektrodę do waporyzacji, dł. 170mm, autoklawowalną?

Odpowiedź: *Wykonawca błędnie określił nr pakietu, ponieważ z treści pytania wynika, iż dotyczy ono Pakietu nr 43 poz. 3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 21, dotyczy § 4 pkt. 1 istotnych postanowień umowy (dotyczy Pakietów 1, 39)

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówień częściowych do 7 dni?

Prośbę swą motywujemy tym, że ze względu na duży asortyment produkowanych narzędzi przez co są one wytwarzane w niewielkich seriach mogą nastąpić chwilowe braki pełnego asortymentu w magazynie producenta.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówień częściowych do maksymalnie 7 dni roboczych (dotyczy Pakietu 1, Pakiet nr 39 został usunięty) oraz dokona modyfikacji SIWZ.*

Pytanie Nr 22, dotyczy § 4 pkt. 1 istotnych postanowień umowy (dotyczy Pakietu 43)

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówień częściowych do 30 dni?

Prośbę swą motywujemy tym, że ze względu na duży asortyment produkowanych narzędzi przez co są one wytwarzane w niewielkich seriach mogą nastąpić chwilowe braki pełnego asortymentu w magazynie producenta.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówień częściowych do maksymalnie 14 dni roboczych (dotyczy Pakietu 43) oraz dokona modyfikacji SIWZ.*

Pytanie Nr 23, dotyczy § 5 pkt. 4 istotnych postanowień umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kar umownych z 5% na 1% wartości niedostarczonej części zamówienia w terminie za każdy rozpoczęty dzień.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu nr 4

Prosimy o określenie z jakim monitorem mają współpracować czujniki?

Prosimy o doprecyzowanie dla jakich pacjentów przeznaczone będą czujniki (noworodki, niemowlęta, dzieci, dorośli)?

Odpowiedź: *Czujniki mają współpracować z kardiomonitorem Philips typ C, czujniki będą przeznaczone dla niemowląt i dzieci. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.*

Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby elektrody do defibrylatora typu ZOLL były oryginalne zalecane przez producenta defibrylatorów, wyszczególnione w instrukcji obsługi?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 1l o wysokości 125mm, średnica górna/dolna – 140mm/102mm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 1l o wysokości 165mm, średnica górna/dolna – 95mm/100mm, wykonanego z mieszaniny polipropylenu i polietylenu?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 28, dotyczy Pakietu nr 10, poz.2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 4l o wysokości 145mm, średnica górna/dolna – 230mm/210mm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 29, dotyczy Pakietu nr 10, poz.3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 5l o wysokości 210mm, średnica górna/dolna – 240mm/195mm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 30, dotyczy Pakietu nr 10, poz.3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 5l o wysokości 195mm, średnica górna/dolna – 225mm/205mm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu nr 10, poz.4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 10l o wysokości 300mm, średnica górna/dolna – 240mm/200mm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 32, dotyczy Pakietu nr 10, poz.4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 10l o wysokości 225mm, średnica górna/dolna – 275mm/242mm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 33, dotyczy Pakietu nr 30, poz.1

Czy myjka higieniczna ma być w kształcie ściereczki?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 34, dotyczy Pakietu nr 30, poz.1

Czy myjka higieniczna ma zawierać środek myjący pH 5,5 aktywujący się pod wpływem wody?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 35, dotyczy Pakietu nr 32, poz.1

Czy Zamawiający dopuści szczotki do chirurgicznego mycia rąk o rozmiarach(+/-0,1cm): długość 8,5cm, szerokość 4,4cm, wysokość 3,5cm?

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 36, dotyczy Pakietu nr 33, poz.4

Czy Zamawiający wymaga, aby papiery do videoprintera Mitsubishi były wysokiej rozdzielczości pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producenta Videoprinterów?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe.*

Pytanie Nr 37, dotyczy Pakietu nr 34, poz.1

Czy Zamawiający wymaga, aby papiery termoczułe były wysokiej rozdzielczości pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producenta defibrylatorów?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe.*

Pytanie Nr 38, dotyczy Pakietu nr 40, poz.1

Czy Zamawiający wymaga aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 39, dotyczy Pakietu nr 4

Proszę o informację, z jaką technologią saturacji ma współpracować zamawiany czujnik jednorazowy na palec?

Odpowiedź: *Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 24.*

Pytanie Nr 40, dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu podania adresu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub zastąpienie tego wymogu wymogiem podania siedziby w przypadku podmiotów lub numeru PESEL w przypadku osób fizycznych.

Zgodnie z art. 26 ust. 2d) Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza podanie siedziby w przypadku podmiotów lub numeru PESEL w przypadku osób fizycznych.*

Pytanie Nr 41, dotyczy Istotnych postanowień umowy § 4 pkt. 2

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

(...) W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zawnione szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 42, dotyczy Istotnych postanowień umowy § 4 pkt. 5

Prosimy o wykreślenie następującej części ww. zapisu:

Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; ~~wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem.~~ Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 43, dotyczy Istotnych postanowień umowy § 6 pkt. 1a oraz 1d

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 44, dotyczy Istotnych postanowień umowy § 6 pkt. 1b oraz 1c

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,2% towarów nie dostarczonych w terminie / reklamowanych, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 45, dotyczy Istotnych postanowień umowy § 6 pkt. 5

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

Naliczenie kary umownej nastąpi poprzez wystawienie noty wraz z terminem zapłaty i uzasadnieniem.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 46, dotyczy Istotnych postanowień umowy § 9 pkt. 2

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że Wykonawca może odmówić dostarczania przedmiotu umowy w przypadku opisanym w par. 4 ust. 5.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 47, dotyczy Istotnych postanowień umowy § 4 pkt. 5

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) wstrzymania dostawy nie może nastąpić przed upływem 14 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem.(...)” ?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 48, dotyczy Istotnych postanowień umowy § 5 pkt. 2

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji w ciągu 14 dni, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.” ?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 49, dotyczy Istotnych postanowień umowy § 6 pkt. 1a

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 50, dotyczy Istotnych postanowień umowy § 6 pkt. 1b oraz 1c

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1b i 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% do 1% ?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 51

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe?

Odpowiedź: *Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.*

Pytanie Nr 52, dotyczy Pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści worek (kaczkę) na mocz z podziałką co 100ml spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 53, dotyczy Pakietu nr 29 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do moczu o pojemności 150ml, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 54, dotyczy Pakietu nr 29 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do kału o pojemności 18ml lub 25ml, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 55, dotyczy Pakietu nr 32

Czy Zamawiający dopuści szczotki chirurgiczne do mycia rąk wykonane z polietylenu z gąbką z poliuretanu?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 56, dotyczy Pakietu nr 35

Czy Zamawiający dopuści higieniczna mata podłogową w rozmiarze 45x115cm a'30 warstw?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 57, dotyczy Pakietu nr 37

Czy Zamawiający dopuści ustnik w rozmiarze 22x27mm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 58, dotyczy Pakietu nr 41, poz. 1-2

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z nich osobny pakiet?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 1-2 do osobnego pakietu i dokona modyfikacji SIWZ.*

Pytanie Nr 59, dotyczy Pakietu nr 41, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z polietylenu o pojemności 70ml?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 60, dotyczy Pakietu nr 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie nazwy i modelu aparatu do którego ma pasować czujnik.

Odpowiedź: *Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 24.*

Pytanie Nr 61, dotyczy Pakietu nr 44

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 44 druty Kirschnera poz. 8 zamiast 1,9 średnice 1,8 lub 2,0. Czy druty mogą być dł. 31 zamiast 30cm.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

- Zamawiający usuwa Pakiet nr 39 - Szczotka do czyszczenia kanału biopsyjnego endoskopowego,
- w związku z powyższym wydziela z Pakietu Nr 2 pozycję nr 2 i tworzy z niej oddzielny Pakiet nr 39,
- wydziela z Pakietu Nr 41 pozycje nr 1-2 i tworzy z nich oddzielny Pakiet nr 47.

W konsekwencji powyższego, Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ:

Punkt 3.1. SIWZ:

Z: Przedmiotem zamówienia jest **dostawa wyposażenia medycznego z podziałem na 46 pakietów.**

Na: Przedmiotem zamówienia jest **dostawa wyposażenia medycznego z podziałem na 47 pakietów.**

Punkt 3.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień **CPV:**

- **33190000-8** dla Pakietów nr: 1,3,5,6, 8,9, 11-17, 19-21, 23,24,37,38;
- **33141000-0** dla Pakietów nr: 2,4,7,10,18,28-36, **39,41,45,46,47;**
- **33140000-3** dla Pakietów nr: 22,25,27,42,43;
- **33696500-0** dla Pakietów nr: 40;
- **24960000-1** dla Pakiet nr: 26;
- **33141770-8** dla Pakietu nr: 44.

Punkt 3.3. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i formularze cenowe – Załączniki Nr 1 i 6.1- **6.47** do SIWZ.

Punkt 15.E.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

*Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 6.1 – **6.47** do SIWZ.*

Punkt 23.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzami cenowymi – wg załączników nr 6.1 – **6.47** do SIWZ, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Spis załączników do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 6.1 – **6.47** – Formularz/e cenowy/e

Załącznik Nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **sukcesywna dostawa wyposażenia medycznego z podziałem na 47 pakietów** na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z dwustronnych uzgodnień.
2. Przedmiotem zamówienia w **Pakietach nr: 1-5, 6 poz. 8,9; 7- 47 jest wyrób medyczny** dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010r., nr 107, poz.679).
3. Termin ważności oferowanych produktów: nie krótszy niż **12 miesięcy** od dnia dostawy do Zamawiającego.
4. Dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy. **W zakresie pakietów nr 22, 25, 27, 42 i 43 przedmiot zamówienia posiada 24 miesięczną gwarancję.**

Pakiet nr 1 - Szczypce biopsyjne

Pakiet nr 2 - Elektroda jednorazowa do EKG pediatryczna i noworodkowa

Pakiet nr 3 - Filtry powietrza do inkubatora Atom V

Pakiet nr 4 - Czujnik jednorazowy na palec

Pakiet nr 5 - Akcesoria do CPAD

Pakiet nr 6 - Elektrody cynowe i węglowe

Pakiet nr 7 - Elektrody do defibrylatora

Pakiet nr 8 - Akcesoria do ssaka elektrycznego S-Scort new Duet"nr seryjny AE 00450 firmy SSCORT

Pakiet nr 9 - Baseny i kaczki medyczne

Pakiet nr 10 - Pojemniki na odpady medyczne

Pakiet nr 11 - Pojemniki i wkłady do ssaka

Pakiet nr 12 - Mazaki chirurgiczne

Pakiet nr 13 - Przewód do manometru do uzupełniania i kontroli ciśnienia w mankietach niskociśnieniowych

Pakiet nr 14 - Wymiennik ciepła do rurki tracheostomijnej

Pakiet nr 15 - Baseny jednorazowe dla osób leżących

Pakiet nr 16 - Dreny jednorazowe do pompy

Pakiet nr 17 - Czujnik tlenowy

Pakiet nr 18 - Worek (kaczka) jednorazowa na mocz

Pakiet nr 19 - Mankiety do mierzenia ciśnienia

Pakiet nr 20 - Dreny do insuflatora

Pakiet nr 21 - Linia do próbek gazu do kapnografu

Pakiet nr 22 - Ostrza jednorazowe do pił ortopedycznych

Pakiet nr 23 - Słoje do dobowej zbiórki moczu

Pakiet nr 24 - Woreczki ekstrakcyjne

Pakiet nr 25 - Ostrza do piły oscylacyjnej

Pakiet nr 26 - Wapno sodowane

Pakiet nr 27 - Ostrza i elektrody

Pakiet nr 28 - Klipsy

Pakiet nr 29 - Pojemniki do moczu i kału

Pakiet nr 30 - Myjka fizelinowa

Pakiet nr 31 - Golarki jednorazowe

Pakiet nr 32- Szczotki chirurgiczna do mycia rąk

Pakiet nr 33 - Papiery rejestracyjne i żele

Pakiet nr 34 - Papier termoczuły

Pakiet nr 35 - Higieniczna mata podłogowa

Pakiet nr 36 - Elektrody EKG Ambu Blue Sensor

Pakiet nr 37 - Spiretki wielorazowe do ustników

Pakiet nr 38 - Ustniki jednorazowe

Pakiet nr 39 - Elektroda monitorująca

Pakiet nr 40 - Testy urazowe

Pakiet nr 41 - Pojemniki do transportu preparatów histopatologicznych

Pakiet nr 42 - Akcesoria do artroskopii

Pakiet nr 43 - Ostrza i elektrody do zestawu artroskopowego wielorazowego

Pakiet nr 44 - Druty Kirschnera

Pakiet nr 45 - Maty absorpcyjne

Pakiet nr 46 - Jednorazowe miski nerkowate

Pakiet nr 47 - Pojemniki do transportu preparatów hispatologicznych II

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – dotyczy Pakietów nr 22, 25.

Użyte nazwy własne służą doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zaoferować wskazany lub równoważny inny wyrób, spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający za równoważne uzna produkty o parametrach nie niższych niż posiadają wskazane produkty.

W przypadku złożenia oferty, w której zostanie zaoferowany przedmiot zamówienia o parametrach równoważnych – Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzach cenowych – zał. nr 6.1-6.47 do SIWZ.

Załącznik Nr 2 do SIWZ § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania na terenie UE zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010r., nr 107, poz.679), w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – dotyczy Pakietów nr: 1-5, 6 poz. 8,9; 7- 47.

Załącznik Nr 2 do SIWZ § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, następować będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówień częściowych wynosi maksymalnie 4 dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faksem, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faxem.

W przypadku **Pakietu nr 43** termin realizacji zamówień częściowych wynosi **14 dni** roboczych od dnia otrzymania zamówienia faksem, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faxem.

W przypadku **Pakietu nr 1** termin realizacji zamówień częściowych wynosi **7 dni** roboczych od dnia otrzymania zamówienia faksem, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faxem.

§ 4 ust. 7 Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania na terenie UE zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010r., nr 107, poz.679), w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – dotyczy Pakietów nr: 1-5, 6 poz. 8,9; 7- 47.

§ 8 ust. 2 Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z w/w okoliczności, z zastrzeżeniem **§ 11 ust. 2 pkt h**.

§ 11 ust. 2 g Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w **§ 8**, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy.

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 1 - Szczypce biopsyjne

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8=6*7	9	10= 8+9
1.	Szczypce biopsyjne do endoskopii 230 cm z bolcem, wielorazowego użytku.			szt.	15			8%	

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 2 – Elektroda jednorazowa do EKG pediatria i noworodkowa

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ip.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1	2 Elektroda jednorazowa do EKG pediatria i noworodkowa 33 mm, elektroda do monitoringu, na bazie tkaniny. Żel wilgotny, zatrzask, sensor Ag/AgCl. Elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna; charakteryzuje się doskonałą i trwałą adhezją, podłużne wycięcie umożliwia przelóżenie przewodu łączącego elektrodę z aparatem EKG oraz 100% przyklejenie jej do ciała pacjenta, zapewniając ciągły zapis EKG wolny od artefaktów.	3	4	5	6	7	8=6*7	9	10= 8+9
1.				szt.	150			8%	

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 6.4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 4 – Czujnik jednorazowy na palec

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ip.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8=6*7	9	10= 8+9
1.	Czujnik jednorazowy na palec, do Kardiomonitora Philips typ C, czujnik przeznaczony dla niemowląt i dzieci.			szt.	100			8%	

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 27 – Ostrza i elektrodyNazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Ip.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8=6*7	9	10= 8*9
1.	Ostrza do shavera jednorazowego użytku-uchwyt Formula firmy Stryker lub równoważne do podanego typu i rozmiaru, średnica ostrza kodowana kolorem, funkcja doboru optymalnych nastaw pracy konsoli, rozpoznawanie ostrza: typ Aggressive Plus, Tomcat, Wykonawca dostarczy uchwyt do shavera pasującą do konsoli TPS STRYKER.			szt.	150			8%	
2.	Ostrza do shavera jednorazowego użytku-uchwyt Formula firmy Stryker lub równoważne do podanego typu i rozmiaru, średnica ostrza kodowana kolorem, funkcja doboru optymalnych nastaw pracy konsoli, rozpoznawanie ostrza: typ Resector, Wykonawca dostarczy uchwyt do shavera pasującą do konsoli TPS STRYKER.			szt.	50			8%	
3.	Frez do shavera artroskopowego jednorazowego użytku-uchwyt Formula firmy Stryker lub równoważne do podanego typu i rozmiaru, średnica ostrza kodowana kolorem, funkcja doboru optymalnych nastaw pracy konsoli, rozpoznawanie ostrza: typ Riund Burs, Barrel Burs, Wykonawca dostarczy uchwyt do shavera pasującą do konsoli TPS STRYKER.			szt.	90			8%	
4.	Elektrody bipolarne jednorazowego użytku pracujące w środowisku soli fizjologicznej, z wbudowanych przewodów sterującym (długość minimalna 3m), automatycznie rozpoznawane przez urządzenie, wbudowany kanał ssący. Możliwość aktywacji urządzenia z uchwytu elektrody - typ 3.5mm 90-S MAX, 3.5mm 50-S, 3.5mm 30-S wraz z niezbędnym przyłączem. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy używać konsole (vapotyizator) zgodnie z załącznikiem nr 1 do istotnych postanowień umowy			szt.	50			8%	

5.	Elektrody bipolarnie jednorazowego użytku pracujące w środowisku soli fizjologicznej, z wbudowanych przewodów sterującym (długość minimalna 3m), automatycznie rozpoznawane przez urządzenie. Możliwość aktywacji urządzenia z uchwytu elektrody - typ 3,5mm 90°, 3,5mm Direct, 3,5mm Lat, 3,5mm Contour, 3,5mm Hook wraz z niezbędnym przyłączem. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy używać konsole (vaporyzator) zgodnie z załącznikiem nr 1 do istotnych postanowień umowy		szt.	150			8%	
Razem								xxxxx

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.28 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

Załącznik Nr 6.28 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

FORMULARZ CENOWY Pakiet Nr 28 – Klipsy

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ip.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8=6*7	9	10= 8+9
1.	Klipsy tytanowe rozmiar M/L (średnio duże) o wymiarach przed zamknięciem 5,5mm i 8,8mm po zamknięciu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunieniem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy, pakowane po 6 klipsów w magazynku. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy użyć 2 szt. klipsownic do w/w klipsów zgodnie z załącznikiem nr 1 do istotnych postanowień umowy			szt.	150			8%	
2.	Klipsy tytanowe rozmiar L (duże) o wymiarach przed zamknięciem 8,5mm i 12,0mm po zamknięciu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunieniem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy, pakowane po 6 klipsów w magazynku. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy użyć 1 szt. klipsownic do w/w klipsów zgodnie z załącznikiem nr 1 do istotnych postanowień umowy			szt.	50			8%	
3.	Klipsy polimerowe rozmiar M/L, zasobnik zawierający 6 szt. klipsów, taśma samoprzylepna na sodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, sterylne. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy użyć 1 szt. klipsownicy do w/w klipsów zgodnie z załącznikiem nr 1 do istotnych postanowień umowy; klipsownice mają posiadać bransze szczepek zagięte pod kątem 20 stopni.			szt.	200			8%	
4.	Klipsy polimerowe rozmiar L, zasobnik zawierający 6 szt. klipsów, taśma samoprzylepna na sodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, sterylne. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy użyć 1 szt. klipsownicy do w/w klipsów zgodnie z załącznikiem nr 1 do istotnych postanowień umowy; klipsownice mają posiadać bransze szczepek zagięte pod kątem 20 stopni.			szt.	50			8%	
Razem								xxxxx	

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.41 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 6.41 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 41 – Pojemniki do transportu preparatów histopatologicznych

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ip.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1	2 Pojemnik z PP na próbki chirurgiczne, 250 ml z przykrywką zamykaną na wisk, odporny na formalinę. Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych w formalinie bądź innych popularnych utrwalcach (wylaczając roztwory zawierające węglowodory aromatyczne). Na pojemniku powinna znajdować się etykieta z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Bez formaliny.	3	4	5	6	7	8=6*7	9	10= 8+9
1.				szt.	600			8%	
2.				szt.	200			8%	
3.				szt.	50			8%	
4.				szt.	30			8%	

	przechowywania i transportu materiałów tkankowych w formalinie bądź innych popularnych utrwalcaczach (wylaczając roztwory zawierające węglowodory aromatyczne). Na pojemniku powinna znajdować się etykieta z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Bez formaliny.																			
Razem																				xxxxx

Miejscowość i data:

.....

Podpis Wykonawcy

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 47 – Pojemniki do transportu preparatów histopatologicznych II

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ip.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8=6*7	9	10= 8+9
1.	Pojemnik z PP na próbki chirurgiczne, 20 ml, Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych w formalinie bądź innych popularnych utrwalcach (wyłączając roztwory zawierające węglowodory aromatyczne). Na pojemniku powinna znajdować się etykieta z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Wypełniony formaliną.			szt.	150			8%	
2.	Pojemnik z PP na próbki chirurgiczne, 125 ml z formaliną z przykrywką zamykaną na wciśk, odporny na formalinę. Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych w formalinie bądź innych popularnych utrwalcach (wyłączając roztwory zawierające węglowodory aromatyczne). Na pojemniku powinna znajdować się etykieta z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Bez formaliny.			szt.	300			8%	
Razem								xxxxx	

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy

Zamawiający w Pakiecie 27 wymaga użyczenia konsoli (vapotyzatora), w Pakiecie nr 28 wymaga użyczenia klipsownic, w związku z powyższym Zamawiający wprowadza nowy załącznik – załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy – dotyczy pakietów nr 27 i 28.

Załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy – dotyczy pakietów nr 27 i 28.

Umowa użyczenia

W dniu w
pomiędzy:

.....
[imię i nazwisko/firma; miejsce zamieszkania/siedziba, adres; Nr we właściwym rejestrze oraz nazwa rejestru, kapitał zakładowy/CEiDG; PESEL/REGON, NIP]
reprezentowanym przez:

.....
[imię i nazwisko, uprawnienie do reprezentacji]
zwanym dalej Użyczającym
a

.....
[imię i nazwisko/firma; miejsce zamieszkania/siedziba, adres; Nr we właściwym rejestrze oraz nazwa rejestru, kapitał zakładowy/CEiDG; PESEL/REGON, NIP]
reprezentowanym przez:

.....
[imię i nazwisko, uprawnienie do reprezentacji]
zwanym dalej Biorącym do Używania,
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiotem użyczenia jest Użyczający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu użyczenia.

§ 2

Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy.

§ 3

Wraz z upływem terminu określonego w § 2 Biorący do Używania zobowiązuje się zwrócić przedmiot użyczenia bez dodatkowych wezwań i w stanie nie pogorszonym. Zwrot przedmiotu użyczenia nastąpi w siedzibie Użyczającego.

§ 4

Biorący do Używania wraz z podpisaniem niniejszej umowy potwierdza odbiór opisanego wyżej przedmiotu użyczenia. Biorący do Używania oświadcza, że jest mu znany stan przedmiotu oddanego do używania oraz że jest on zdalny do użytku i nie ma on z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

§ 5

Biorący do Używania zobowiązuje się używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem i nie będzie go oddawał w użyczenie ani na jej osobie trzeciej.

§ 6

Wszelkie naprawy, których dokonanie stanie się konieczne w trakcie trwania niniejszego stosunku użyczenia, przeprowadzi Użyczający na własny koszt.

§ 7

Wszystkie koszty wynikające z korzystania z przedmiotu użyczenia przez cały czas trwania umowy poniesie Użyczający.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia oraz przedłużenie niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności⁶.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 10

Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd powszechny właściwy dla siedziby Użyczającego.

§ 11

Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

(1)

[podpis przedstawiciela Użyczającego]
Używania]

UŻYCZAJĄCY

(2)

[podpis przedstawiciela Biorącego do

BIORĄCY DO UŻYWANIA

*Powiadza Zamawiający przedłużyć termin składania
ofert do dn. 12 listopada 2014r. do godz. 11:30.
Otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 12:00.*

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Stawiecki
Marek Stawiecki

PROKURENT

Anna Rybarczyk
Anna Rybarczyk

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI z dn. *03 listopada* 2014r. nr PZOZ/DZP/382/50PN/14
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy