

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Misja Szpitala Świętej Trójcy:

„Pacjent jest podmiotem wszystkich naszych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych”

Płock, dnia 9 lutego 2018 roku

PZOZ/DZP/382/02PN/18

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa materiałów do sterylizacji**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 24.08.2017r., poz. 1579) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki nie posiadające nadrukowanego koloru referencyjnego na każdym teście. Testy przebarwiają się w sposób jednoznaczny z koloru żółtego na czarny, informacja o sposobie przebarwienia w języku polskim umieszczona jest na ramce zawierającej 10 wskaźników.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2

Dotyczy Pakiet nr 6, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści dostarczenie 1 przyrządu PCD do wymaganej ilości testów. Oferowany przez naszą firmę przyrząd posiada kapsułę wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz rurkę z wysokiej wytrzymałości plastiku. Przyrząd umożliwia przeprowadzenie 1000 testów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści markery o jednej grubości tj. 1mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wkładkę o wymiarach 500mmx400mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wkładkę o wymiarach 500mmx300mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 6, dotyczy SIWZ rozdział 11, pkt. 11.1.5

Uprzejmie prosimy o skorygowanie omyłki pisarskiej, gdyż w SIWZ w rozdziale 11, pkt. 11.15 Zamawiający wymaga do asortymentu w pakiecie nr 8 poz. 2 (etykiety ze wskaźnikiem) potwierdzenia zgodności z normą ISO 11607-2, która odnosi się do asortymentu ujętego w pakiecie nr 8 poz. 5 (testy zgrzewu). Zamawiający w formularzu cenowym prawidłowo przyporządkował normę ISO 11607-2 do asortymentu z poz. nr 5 w pakiecie 8.

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000214083

Kapitał zakładowy: 40 618 000 zł

NIP: 774-28-24-705 REGON: 611416590

Nr księgi rejestrowej: 000000020618

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 36 1030 1205 0000 0000 8384 9002



Strona 1 z 5

Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu nr 6, 8 poz. 2-6 oraz pak. nr 9

Asortyment ujęty w Pakiecie nr 6, 8 poz. 2-6 oraz w pak. nr 9 nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010).

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobów medycznych w zakresie Pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, pakietu nr 7 poz. 1-3, pakietu nr 8 poz. 2 i 6, pakietu nr 10 poz. 1. i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 8, dotyczy wzoru umowy § 6 ust.1 punkt a i d

Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umowy na następujący:

a. 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,,

d. 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, , gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu 3 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści rękaw z fałdą o wymiarach 30cm x 8cm x 100cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu 3 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 7,5cm x 27cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu 3 pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 15cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu 5 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 90mm x 250mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu 6 pozycja 2

Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach po 400 sztuk + 1 przyrząd PCD?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu 7 pozycja 1

Czy w cenie wskaźników należy dostarczyć przyrządy? Jeśli tak, proszę o podanie w ilości.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga jeden uchwyt, w cenie wskaźników.

Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu 8 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki o parametrach 90°C / 5 min.?

Odpowiedź: Pytanie dotyczy pakietu 7 poz. 2, zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu 9 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wkładki o wymiarach 300mm x 500mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu 9 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wkładki o wymiarach 300mm x 250mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonki na narzędzia o wymiarach 10mm i 25 mm w opakowaniach po 1000 sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści włókninę o zawartości chlorku sodu nie przekraczającej 0,05%? Wartość 0,05% jest zgodna z normą ISO 9197

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści włókninę o zawartości siarczanu sodu nie przekraczającej 0,25%? Wartość 0,25% jest zgodna z normą ISO 9198 zawartość

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868 ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (wszelkie opisy i wskaźniki poza obszarem wydruku).

Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona samoklejącą etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (wszelkie opisy i wskaźniki poza obszarem wydruku).

Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu 1, poz.1,2,3,4

Czy Zamawiający dopuści papier o zawartości siarczanów $\leq 0,034$ % oraz wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,85 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,35 kN/m i wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,72 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,42 kN/m, czyli o parametrach zgodnych z obowiązującą dla tego asortymentu normą?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu 2, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści włókninę o zawartości chlorków $\leq 0,3\%$ i siarczanów $\leq 12\%$, czyli o parametrach zgodnych z obowiązującą dla tego asortymentu normą?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękaw o długości 200m z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu 3, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rękaw o długości 200m z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu 3, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 7,5x20cm lub 10x25cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 28, dotyczy Pakietu 3, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 10x30cm lub 15x30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 29, dotyczy Pakietu 3, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 21x40cm lub 25x50cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 30, dotyczy Pakietu 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawy o długości 200m z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu 4, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawy/torebki, w których numer LOT oraz rozmiar SA umieszczone od strony włókniny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 32, dotyczy Pakietu 4, poz. 2,3

Czy Zamawiający dopuści torebki, w których folia jest 6-warstwowa+warstwa kleju?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 33, dotyczy Pakietu 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 32x50cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 34, dotyczy Pakietu 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 9x25cm lub 13x25cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 35, dotyczy Pakietu 5, poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści torebki pakowane a'100 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 36, dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 37, dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 38, dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 39, dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 24.08.2017r., poz. 1579) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Punkt 7.2.2. oraz 11.1.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Dokumenty potwierdzające zgodność z normą:

PNEN 868-2 oraz ISO 11607-1 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 1-4, pakietu nr 2 poz. 1-4;

PNEN 868-5 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 1-17, pakietu nr 4 poz. 1-3, pakietu nr 5 poz. 1-2;

ISO 11140-1 – dotyczy pakietu nr 6 poz. 3-4, pakietu nr 7 poz. 2, pakietu nr 8 poz. 6;

ISO 15883 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 1,

ISO 11607-2 – dotyczy pakietu nr 8 poz. 5.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Załącznik Nr 2 do SIWZ, § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010r., nr 107, poz.679), w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – dotyczy pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, pakietu nr 7 poz. 1-3, pakietu nr 8 poz. 2 i 6, pakietu nr 10 poz. 1.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEMARSZAŁD
Marek Stawicki

PROKURENT
Maja Kulesza

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI
PZOZ/DZP/382/02PN/18 z dn. 9... lutego 2018 r.

Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 52 49.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy