

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Misja Szpitala Świętej Trójcy:

„Pacjent jest podmiotem wszystkich naszych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych”

PZOZ/DZP/382/07PN/15

Płock, dnia 22. lutego 2015 roku

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa rękawiczek**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylne rękawiczki chirurgiczne z zawartością protein poniżej 80ug/g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylne rękawiczki chirurgiczne odporne na rozerwanie zgodnie z normą EN 455-2 z siłą zrywu min. 9N?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylne rękawiczki chirurgiczne w podwójnym opakowaniu papier-papier?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w trzech rozmiarach: 6,5, 7 i 8?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rękawic w trzech rozmiarach: 6,5; 7; 8.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu nr 3

Czy zamawiający odstąpi od wymogu fabrycznego oznaczenia na opakowaniu, że rękawice nie zawierają ftalanów? Pragniemy zauważyć że Zgodnie z Dyrektywą 2007/47/EC w załączniku I1 punkt e, „wyroby te muszą być oznakowane na samym wyrobie lub na opakowaniu każdej sztuki, lub jeżeli jest to właściwe, na opakowaniu handlowym, jako wyroby zawierające Ftalany” co oznacza, że tylko wtedy, gdy wyrób takowe zawiera

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga na opakowaniu zapisu informacji czytelnej dla użytkownika.

Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 420 oraz spełniania kat III.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o wytrzymałości min. 6N przy zachowanych pozostałych warunkach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic, których opakowanie wykonane jest z papier PE-folia oraz zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu normy EN 374-3?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic, których opakowanie wykonane jest ze wzmocnionego papieru?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ponadto Zamawiający informuje iż przedtęgi termin składania ofert do dnia 2 marca 2015 roku, do godz 11:30. Otwarcie nastąpi po całym dniu o g. 12:00

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPRZEDSIĘDWODCA
Marek Stawicki
Marek Stawicki

PROKURENT
Anna Rybarczyk
Anna Rybarczyk

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
z dnia lutego 2015 roku NR PZOZ/DZP/382/07PN/15
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy