

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Płock, dnia 12 kwietnia 2013 roku

PZOZ/DZP/382/30PN/13

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych.**

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonym przez Wykonawcę, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1

Prosimy o wyłączenie do oddzielnego zadania następujących pozycji z Załącznika nr 6.37 do SIWZ:

a. Pakiet nr 37 pozycja 1 – Respirator transportowy ParaPAC 200D.

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu gwarancji na wykonane usługi i zamontowane części zamienne (wymienianego we wzorze umowy w paragrafie 9 pkt. 3) na 90 dni. Termin ten wynika z gwarancji udzielanej przez producentów sprzętu na części zamienne?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę czasu naprawy (wymienionego we wzorze umowy w paragrafie 3 pkt. 2) z 7 dni na 14 dni oraz z 14 dni na 30 dni lub zgodzi się na wypożyczenie urządzenia zastępczego (o parametrach nie gorszych od urządzenia Zamawiającego) na czas przedłużającej się naprawy? Jest to spowodowane czasem potrzebnym na sprowadzenie części z zagranicy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy pod warunkiem ^{dostarczenie} wypożyczenia urządzenia zastępczego (o parametrach nie gorszych od urządzenia Zamawiającego) na czas przedłużającej się naprawy i dokona modyfikacji SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

§ 9 ust 3 istotnych postanowień umowy, otrzymuje nowe brzmienie:

„Na części WYKONAWCA udzieli gwarancji zgodnie z gwarancją producenta, jednakże **nie krótszej niż 90 dni od daty dokonania usługi.**”

§ 3 ust. 2 istotnych postanowień umowy, otrzymuje nowe brzmienie

„Czas wykonania naprawy nie może być dłuższy niż **14 dni roboczych** liczonych od zgłoszenia zlecenia i akceptacji kosztów naprawy lub **30 dni** w przypadku gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części z zagranicy pod warunkiem wypożyczenia urządzenia zastępczego (o parametrach nie gorszych od urządzenia Zamawiającego) na czas naprawy. Wykonawca przedstawi do akceptacji koszty naprawy w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od zgłoszenia. Do czasu dokonania naprawy nie wlicza się



czasu oczekiwania na akceptację kosztów naprawy przez Zamawiającego. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.”
Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w sposób następujący:

Zmiany dotyczą, w szczególności

- 1) Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 1;
- 2) Formularzy cenowych – zał. nr 6.37 do SIWZ;
- 3) Dodania nowego Pakietu Nr 51.

W konsekwencji powyższych zmian Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ:

- punkt 3.1

było: (.....) 50 pakietów,

jest: (.....) 51 pakietów,

Było:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z podziałem na 50 pakietów przez Wykonawcę, który dysponuje pisemną autoryzacją producenta

Nr pakietu	Producent urządzeń
pakiet: 1	ACCURO SUMMER
pakiet: 2	AESYTECH
pakiet: 3	ASCOR
pakiet: 4	ASKAR
pakiet: 5	ATOM
pakiet: 6	AVARENESS Technology Inc.
pakiet: 7	CARDINAL HEALTH
pakiet: 8	COROMEMETRICS
pakiet: 9	COVIDIEN
pakiet: 10	CONTEC MEDICAL Systems Co. Ltd.
pakiet: 11	CRITIKON
pakiet: 12	DRAGER
pakiet: 13	EMED
pakiet: 14	ERBE
pakiet: 15	EU HAPPY PEOPLE
pakiet: 16	FISHER&PAYKEL
pakiet: 17	GMM
pakiet: 18	GUANGDONG
pakiet: 19	HEINE
pakiet: 20	HITACHI
pakiet: 21	KWAPISZ
pakiet: 22	LISA
pakiet: 23	MEDIMA
pakiet: 24	MES Sp. z o.o.
pakiet: 25	NELLCOR
pakiet: 26	NEWPORT
pakiet: 27	NIHON KOHDEN
pakiet: 28	NOWAMETRIX
pakiet: 29	OCULUS OPTIKGERATE GMBH AUSTRIA
pakiet: 30	OXFORD
pakiet: 31	PHILIPS - I
pakiet: 32	SATELEC
pakiet: 33	SECHRIST
pakiet: 34	SHEZEN MINDRAY
pakiet: 35	SHIMAZU

pakiet: 36	SMAM
pakiet: 37	SMITHS MEDICAL
pakiet: 38	SONOPAN
pakiet: 39	SOWETA-ELTRAK
pakiet: 40	TERUMO
pakiet: 41	TOSHIBA
pakiet: 42	UNIPAN
pakiet: 43	VIASYS
pakiet: 44	VICKERS
pakiet: 45	ZEISS
pakiet: 46	ZOLL
pakiet: 47	VILTECHMEDA
pakiet: 48	PRECOPTIK
pakiet: 49	TOPCON CORPORATION Japonia
pakiet: 50	PHILIPS - II

Pod pojęciem „**przeglądy techniczne i konserwacje**” rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegające na sprawdzeniu poprawności działania, przeprowadzeniu konserwacji, ewentualnych kalibracji oraz wymianie części zużywalnych z potwierdzeniem wykonania tych czynności wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem protokołu serwisowego, w szczególności przeglądy techniczne i konserwacje obejmują:

- a) sprawdzenie poprawności działania urządzenia, przeprowadzenie konserwacji, wymianie części zużywalnych, itp.
- b) legalizację urządzeń, kalibrację.
- c) sprawdzanie instalacji, regulacja (ustawianie) wymaganych przez producenta parametrów.
- d) sporządzanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń nie nadających się do naprawy.
- e) dokonywanie wpisu w paszportach technicznych oraz wystawianie raportu serwisowego.

Pod pojęciem „**naprawy**” należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości w działaniu urządzenia poprzez wymianę uszkodzonych lub zużytych części w terminie określonym w wykazie sprzętu od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonanie naprawy musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do paszportu technicznego naprawianego urządzenia oraz wystawieniem protokołu serwisowego.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pisemnej autoryzacji producenta.

Jest:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z podziałem na 51 pakietów przez Wykonawcę, który dysponuje pisemną autoryzacją producenta

Nr pakietu	Producent urządzeń
pakiet: 1	ACCURO SUMMER
pakiet: 2	AESYTECH
pakiet: 3	ASCOR
pakiet: 4	ASKAR
pakiet: 5	ATOM
pakiet: 6	AVARENESS Technology Inc.
pakiet: 7	CARDINAL HEALTH
pakiet: 8	COROMETRICS
pakiet: 9	COVIDIEN
pakiet: 10	CONTEC MEDICAL Systems Co. Ltd.
pakiet: 11	CRITIKON
pakiet: 12	DRAGER
pakiet: 13	EMED
pakiet: 14	ERBE
pakiet: 15	EU HAPPY PEOPLE

pakiet: 16	FISHER&PAYKEL
pakiet: 17	GMM
pakiet: 18	GUANGDONG
pakiet: 19	HEINE
pakiet: 20	HITACHI
pakiet: 21	KWAPISZ
pakiet: 22	LISA
pakiet: 23	MEDIMA
pakiet: 24	MES Sp. z o.o.
pakiet: 25	NELLCOR
pakiet: 26	NEWPORT
pakiet: 27	NIHON KOHDEN
pakiet: 28	NOWAMETRIX
pakiet: 29	OCULUS OPTIKGERATE GMBH AUSTRIA
pakiet: 30	OXFORD
pakiet: 31	PHILIPS - I
pakiet: 32	SATELEC
pakiet: 33	SECHRIST
pakiet: 34	SHEZEN MINDRAY
pakiet: 35	SHIMAZU
pakiet: 36	SMAM
pakiet: 37	SMITHS MEDICAL I
pakiet: 38	SONOPAN
pakiet: 39	SOWETA-ELTRAK
pakiet: 40	TERUMO
pakiet: 41	TOSHIBA
pakiet: 42	UNIPAN
pakiet: 43	VIASYS
pakiet: 44	VICKERS
pakiet: 45	ZEISS
pakiet: 46	ZOLL
pakiet: 47	VILTECHMEDA
pakiet: 48	PRECOPTIK
pakiet: 49	TOPCON CORPORATION Japonia
pakiet: 50	PHILIPS - II
pakiet: 51	SMITHS MEDICAL II

Pod pojęciem „**przeglądy techniczne i konserwacje**” rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegające na sprawdzeniu poprawności działania, przeprowadzeniu konserwacji, ewentualnych kalibracji oraz wymianie części zużywalnych z potwierdzeniem wykonania tych czynności wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem protokołu serwisowego, w szczególności przeglądy techniczne i konserwacje obejmują:

- a) sprawdzenie poprawności działania urządzenia, przeprowadzenie konserwacji, wymianie części zużywalnych, itp.
- b) legalizację urządzeń, kalibrację.
- c) sprawdzanie instalacji, regulacja (ustawianie) wymaganych przez producenta parametrów.
- d) sporządzanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń nie nadających się do naprawy.
- e) dokonywanie wpisu w paszportach technicznych oraz wystawianie raportu serwisowego.

Pod pojęciem „**naprawy**” należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości w działaniu urządzenia poprzez wymianę uszkodzonych lub zużytych części w terminie określonym w wykazie sprzętu od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonanie naprawy musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do paszportu technicznego naprawianego urządzenia oraz wystawieniem protokołu serwisowego.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pisemnej autoryzacji producenta.

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.37 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.37 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 37

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERIJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
1.	Pulsoksymetr Autocorr PLUS	702323021	SMITHS MEDICAL I	T/IV-42-165-13	2001	12 m-cy	2		5				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11=(7*8)+(9*10)$	12	$13=11*12$

Słownie cena brutto pakietu nr 37:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.51 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.51 do SIWZ

NOWY Formularz cenowy - pakiet nr 51

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERIJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
1.	Respirator transportowy ParaPAC200D	IPX RA TED 0711293	SMITHS MEDICAL II			12 m-cy	2		5				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11=(7*8)+(9*10)$	12	$13=11*12$

Słownie cena brutto pakietu nr 51:

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl.

WICEPREZES ZARZĄDU

[Podpis]
Marek Szmidt

PROKURENT

[Podpis]
Anna Rybarczyk

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści

z dnia 12 kwietnia 2013 roku

PZOZ/DZP/382/30PN/13

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy