

**PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28  
tel. (024) 364-51-00 fax: (024) 364-51-02

www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl

Misja Szpitala Świętej Trójcy:

„Pacjent jest podmiotem wszystkich naszych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych”



Płock, dnia ..... 31 lipca ..... 2019 roku

PZOZ/DZP/382/24PN/19

**Wyjaśnienie treści SIWZ**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa systemów do reperacji przepony moczowo-płciowej oraz siatki chirurgicznej**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści taśmy o następującej specyfikacji:

Taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT. Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.

Parametry:

1. szerokość: 1,2 cm
2. długość: 45 cm
3. grubość: 0,50 mm
4. gramatura: 57 g/m2
5. wielkość porów: 0,90 mm

Brzegi taśmy zakończone są pętelkami. Taśma w plastikowej osłonce. Osłonka nie zachodzi na siebie, pozostawiając środek z taśmą.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 2

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie Nr 2, dotyczy pakietu nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści taśmy o następującej specyfikacji:

Zestaw do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy- plastyka przednia.

Składa się z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłanialnej siatki o parametrach:

1. grubość: 0,50 mm
2. gramatura: 45 g/m2
3. wielkość porów: 0,90 mm
4. wymiary: 8 x 45 cm

Implant o anatomicznym kształcie, brzegi zakończone pętelkami. Siatka posiada 4 ramiona mocujące – 2 z nich to przedłonowe ramiona kotwiczące, pozostałe dwa to ramiona przezziastonowe. W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 1

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000214083

Kapitał zakładowy: 46 502 500 zł

NIP: 774-28-24-705 REGON: 611416590

Nr księgi rejestrowej: 000000020618

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 36 1030 1205 0000 0000 8384 9002



*[Signature]*

*[Signature]*



**Pytanie Nr 3, dotyczy pakietu nr 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści taśmy o następującej specyfikacji:

Zestaw do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy- plastyka tylna.

Skląda się z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłaniającej siatki o parametrach:

1. grubość: 0,50 mm
2. gramatura: 45 g/m<sup>2</sup>
3. wielkość porów: 0,90 mm

Implant o anatomicznym kształcie, brzegi zakończone pętelkami. Siatka posiada 2 ramiona mocujące. W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 1

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie Nr 4, dotyczy pakietu nr 1, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści taśmy o następującej specyfikacji:

Zestaw do korekcji zaburzeń narządu płciowego metodą laparoskopową składający się z trzech ukształtowanych implantów wykonanych z polipropylenu monofilamentowego o grubości przędzy 0,15mm. Parametry siatki: wielkość oczek 2,3 mm<sup>2</sup>, gramatura 60/m<sup>2</sup>, porowatość 60%, grubość: 0,6 mm.

Zestaw składa się z trzech siatek o rozmiarach: 24x8 cm, 18x2,5 cm i 18x3,5cm.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 1

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu nr 2, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, poz. nr 1:

65 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 84 %, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu nr 2, poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, poz. nr 2:

12 szt. systemów, siatki jednorodne, niewchłaniające, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m<sup>2</sup>, porowatość 84 %, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, oraz

1 szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, o długości 26,5 cm (w tym igła 16,5 cm, rączka 10 cm), do implantacji w/w systemów ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 7, dotyczy Pakietu nr 2**

W przypadku zgody na poszczególne pozycje w pakiecie nr 2 prosimy o wydzielanie jej i utworzenie osobnego pakietu.

**Odpowiedź: Zgodnie z odp w pytaniu 5 i 6.**

**Pytanie nr 8, dotyczy Pakietu nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3:

Siatkę chirurgiczną, polipropylenową, monofilamentową, o grubości siatki 0,40 mm, porowatości średniej 1800 µm, gramaturze 48,8 g/m<sup>2</sup>, grubości nitki 120 µm, w rozmiarach:

Poz. 1- 30 x 30 cm (specyfikacja wymaga 25 x 35 cm)

Poz. 2- zgodnym z SIWZ

Poz. 3- 15 x 15 cm (specyfikacja wymaga 20 x 30 cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji 2, nie dopuszcza w pozycji 1 i 3.**

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 10, dotyczy pakietu nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek chirurgicznych o gramaturze ok. 65 g/m<sup>2</sup>, grubości siatki 0,47mm +/- 0,03mm, o wielkości porów 0,5-0,8mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 11, dotyczy pakietu nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki w rozmiarze 22x35cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12, dotyczy pakietu nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki w rozmiarze 8x13cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 13, dotyczy wzoru umowy**

§ 6 ust. 1a: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 14, dotyczy wzoru umowy**

§ 6 ust. 1b: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 15, dotyczy wzoru umowy**

§ 6 ust. 1d: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 16, dotyczy wzoru umowy**

czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalplock.pl](http://www.szpitalplock.pl)

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Stawicki

PREZES ZARZĄDU

Ewa Nieścierenko

Wyjaśnienie treści SIWZ PZOZ/DZP/382/24PN/19 z dn. 3 lipca 2019

Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02

Otrzymano dnia ..... Ilość stron ..... Podpis i pieczęć Wykonawcy .....

KIEROWNIK APTEKI

mgr farm. Katarzyna Bonucka

dr n.med. Marek Brzeziński

specjalista  
położnictwa i ginekologii

1705528

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH

Strona 3

Beata Bednarska

STARSZY SPECJALISTA

Anna Piórkowska