

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28

tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02

www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Misja Szpitala Świętej Trójcy:

„Pacjent jest podmiotem wszystkich naszych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych”

Płock, dnia 15 grudnia 2015 roku

PZOZ/DZP/382/49PN/15

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**ZMIANA DO PISMA pn. „Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz
ze zmianą jej treści” z dnia 11 grudnia 2015 roku**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **świadczenie usług z zakresu napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych**

Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. doprecyzowuje, których Pakietów dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ w pkt **Wykonawca zobowiązuje się do: posiadania dokumentów potwierdzających przeszkolenie z obsługi serwisowej aparatury medycznej właściwej dla danego pakietu przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela (dla każdego rodzaju aparatury występującej w danym pakiecie) i do dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania,**

Załącznik Nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z podziałem na 33 pakiety, zgodnie z załączonymi formularzami cenowymi w zał. Nr 9.1-9.33 do SIWZ.

Szczegółowy opis, w tym ilość przeglądów w trakcie realizacji umowy został określony w kolumnie „interwał czasowy przeglądów” w Załącznikach nr 9.1-9.33 do SIWZ.

Pod pojęciem „przeglądy techniczne i konserwacje” rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegające na sprawdzeniu poprawności działania, przeprowadzeniu konserwacji, ewentualnych kalibracji oraz wymianie części zużywalnych z potwierdzeniem wykonania tych czynności wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem protokołu serwisowego, w szczególności przeglądy techniczne i konserwacje obejmują:

- a. sprawdzenie poprawności działania urządzenia, przeprowadzenie konserwacji, wymianie części zużywalnych, itp
- b. legalizację urządzeń, kalibrację
- c. sprawdzanie instalacji, regulacja (ustawianie) wymaganych przez producenta parametrów
- d. sporządzanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń nie nadających się do naprawy
- e. dokonywanie wpisu w paszportach technicznych oraz wystawianie raportu serwisowego

Pod pojęciem „naprawy” należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości w działaniu urządzenia poprzez wymianę uszkodzonych lub zużytych części w terminie określonym w wykazie sprzętu od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonanie naprawy musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do paszportu technicznego naprawianego urządzenia oraz wystawieniem protokołu serwisowego.

Pod pojęciem „naprawy” rozumie się czas jednej godziny pracy serwisanta obowiązująca w województwie mazowieckim w Warszawie w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000214083



Kapitał zakładowy: 49.027.000 zł

NIP: 774-28-24-705 REGON: 611416590

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 36 1030 1205 0000 0000 8384 9002



APK

Wykonawca zobowiązuje się do:

- świadczenia usług z zakresu napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych wymienionych w Załącznikach nr 9.1-9.33 do SIWZ w zakresie i w sposób ustalony w dokumentacjach techniczno-ruchowych i instrukcjach,
- wykonywania pogwarancyjnych okresowych przeglądów technicznych wraz z konserwacjami, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wynikającym z właściwości danego sprzętu/aparatury, standardami, normą i odnośnymi przepisami oraz zachowaniem przepisów BHP i ppoż.,
- wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i w sposób zapewniający ich wysoką jakość,
- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy, stanowiącą tajemnicę służbową Zamawiającego,
- zapłaty kosztów szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z niewłaściwym wykonaniem czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia lub zaniechaniem wykonania tych czynności,
- posiadania dokumentów potwierdzających przeszkolenie z obsługi serwisowej aparatury medycznej właściwej dla danego pakietu przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela (dla każdego rodzaju aparatury występującej w danym pakiecie) i do dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania - **dotyczy Pakietów nr 2,15,17,20,24,27,30,31**
- realizowania przedmiotu umowy przy pomocy osób przeszkolonych, posiadających stosowne kwalifikacje, zgodnie z wymogami producenta sprzętu medycznego oraz obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami.

§ 1 pkt 23 Załącznika Nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania dokumentów potwierdzających przeszkolenie z obsługi serwisowej aparatury medycznej właściwej dla danego pakietu przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela (dla każdego rodzaju aparatury występującej w danym pakiecie) i do dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania - **dotyczy Pakietów nr 2,15,17,20,24,27,30,31**

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Stawicki

PROKURENT

Maja Kulesza

ZMIANA DO PISMA pn. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści z dnia 11 grudnia 2015 roku z dnia 15. grudnia 2015 r. PZOZ/DZP/382/49PN/15
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy