



Płock, dnia 12.06.2018 roku

WZP.271.2.86.2018.EK

Wykonawcy

dot.: postępowania do 30.000 Euro pn. Zakup defibrylatorów AED na potrzeby realizacji projektu w ramach VI Budżetu Obywatelskiego pn.: AED i Ty – to reakcja społeczeństwa ratuje życie.

Zamawiający – Gmina Miasto Płock, informuje iż w dniu 12.06.2018 r. wpłynęło pytanie do opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1: Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „Szafka zewnętrzna na AED musi mieć funkcje automatycznego i natychmiastowego wysyłania informacji alarmowej w przypadku nieprawidłowego działania AED. Posiada wbudowany intercom i/lub telefon i/lub (GSM), który wysyła wiadomości SMS (może być wymagana karta SIM oraz rejestracja u dowolnego operatora sieci komórkowej). SMS-y wysyłane na przynajmniej dwa numery telefonu. Szafka ma również możliwość połączenia z siecią lokalną (LAN) i/lub Internetem w celu ciągłego monitorowania statusu AED” na rzecz szafki zewnętrznej wyposażonej w grzanie i automatyczne powiadomienie o otwarciu szafki bez informacji o stanie urządzenia?

Uzasadnienie:

Opisana pierwotnie funkcjonalność szafki wiąże się z wysokimi opłatami abonamentowymi na rzecz producenta. Rozwiązanie, które proponujemy ogranicza się do kosztu utrzymania aktywnych połączeń wychodzących na karcie sim, umieszczonej w specjalnym module GSM służącym do wysyłania powiadomień za pomocą sms.

Odp. Nr 1

Zamawiający rezygnuje z części zapisu dotyczącego Zewnętrznej szafki ściennej na AED: „Szafka zewnętrzna na AED musi mieć funkcję automatycznego i natychmiastowego wysyłania informacji alarmowej w przypadku nieprawidłowego działania AED. Posiada wbudowany interkom i/lub telefon i/lub (GSM) który wysyła wiadomości SMS (może być wymagana karta SIM oraz rejestracja u dowolnego operatora sieci komórkowej).SMS-y wysyłane na przynajmniej dwa numery telefonu. Szafka ma również możliwość połączenia z siecią lokalną (LAN) i/lub internetem w celu ciągłego monitorowania statusu AED”, na rzecz częściowego zapisu:

„Szafka zewnętrzna na AED posiada funkcję automatycznego powiadamiania o otwarciu szafki, bez informacji o stanie urządzenia AED, za pomocą wbudowanego modułu GSM, który służy do wysyłania powiadomień za pomocą wiadomości SMS. SMS-y wysyłane na przynajmniej dwa numery telefonu (karta SIM – wymagana do funkcjonowania modułu GSM oraz rejestracja u dowolnego operatora sieci komórkowej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia dotyczącego zakupu zewnętrznego szafki ściennej na AED).

Szafka przy otwarciu powinna mieć również alarm dźwiękowy", przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w opisie Zewnętrznej szafki ściennej na AED.

Pytanie 2. Czy zamawiający wydłuży termin składania ofert przynajmniej o 2 dni?

Zamawiający, dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 15.06.2018 r. godz. 11.00

DYREKTOR
Wydziału Zamówień Publicznych

Magdalena Kucharska