



Płock, dnia 11.06.2018 roku

WZP.271.2.86.2018.EK

Wykonawcy

dot.: postępowania do 30.000 Euro pn. Zakup defibrylatorów AED na potrzeby realizacji projektu w ramach VI Budżetu Obywatelskiego pn.: AED i Ty – to reakcja społeczeństwa ratuje życie.

Zamawiający – Gmina Miasto Płock, informuje iż w dniu 07.06.2018 r. wpłynęło pytanie do opisu przedmiotu zamówienia.

Dotyczy: Defibrylator ZOLL AED Plus

Pragniemy zauważyć, iż przedstawione przez Państwa wymagania wykazują brak konkurencyjności i wskazują na jednego konkretnego producenta.

Jako firma od lat zaangażowana w promowanie programu PAD (Publicznego Dostępu do Defibrylacji) i specjalizująca się w sprzedaży defibrylatorów AED pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż dopuszczenie do postępowania urządzeń innych producentów, często o lepszych niż wymagane parametrach wpływa tylko i wyłącznie na korzyść Zamawiającego.

Defibrylator Zoll AED Plus jako jedyny posiada elektrody z czujnikiem głębokości ucisku i asystenta RKO z monitoringiem głębokości uciśnień.

Środowisko ratownicze, których duża część prowadzi szkolenia z Pierwszej Pomocy jest podzielone w kwestii tego rozwiązania. Część twierdzi że technologia ta idzie w dobrym kierunku i że asystent może być pomocny. Jednak większość krytycznie patrzy na tego typu rozwiązania, zwracając uwagę że dodatkowa liczba i tak dużej ilości bodźców, w postaci kolorowych światełek i migających obrazków lub komunikatów głosowych informujących nas, że daną czynność wykonujemy źle. Może to prowadzić do rozpraszenia użytkownika i skutkować zaniechaniem dalszych czynności ratowniczych. Nie ma badań potwierdzających większą skuteczność AED z asystentem nad AED wyposażonym w funkcję doradcy RKO.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie dopuszczenia do postępowania na zasadzie równoważności wysokiej klasy defibrylator AED z kompletem elektrod i baterii, fabrycznie nowy, o parametrach jak poniżej. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, iż defibrylator ten dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań przedstawionych w poniższych parametrach wpływa znacząco na intuicyjność obsługi, funkcjonalność w przestrzeni publicznej oraz na niższe koszty eksploatacji.

Defibrylator AED półautomatyczny,

- urządzenie wyposażone we wbudowany tryb pediatryczny – przełącznik (bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów i elektrod tzw.pediatrycznych)

- defibrylator wykonujący bezpieczną defibrylację także przez osoby nie mające przeszkolenia,
- dwufazowy impuls defibrylacji
- zakres energii przynajmniej: 150J dla dorosłych, 50J dla dzieci,
- Krótka przerwa w RKO – czas od zakończenia RKO do pierwszego wyładowania 6 sekund.
- użytkownik w czasie korzystania z urządzenia jest prowadzony przez jednoznaczne polecenia głosowe i wizualne w języku polskim,
- głośność urządzenia automatycznie dopasowująca się do warunków otoczenia,
- urządzenie wyposażone w metronom;
- defibrylator wyposażony we wskaźniki dźwiękowe i wizualne informujące m.in. o:
 - nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku,
 - wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia,
 - prowadzonej analizie rytmu pracy serca,
 - sprawności urządzenia,
 - poziomie energii baterii
- algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC 2015),
- możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia w przypadku zmiany wytycznych ERC;
- możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami.
- elektrody jednorazowe, uniwersalne,
- Powierzchnia elektrody: dla dorosłych ok. 110 cm², elektrody pediatryczne (opcjonalne) 50cm²;
- defibrylator wyposażony w jedną, oryginalną baterię producenta; nieładowną o okresie żywotności po podłączeniu do urządzenia min. 5 lata, zapewniającą min. 200 wyładowań;
- urządzenie wykonuje cykliczne auto testy w trybie dziennym (stan baterii, elektrod, podzespołów elektronicznych, oprogramowania i możliwości wykonania wstrząsu);
- możliwość zgrania zarejestrowanych danych do komputera PC,
- wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia:
 - wymagania bezpieczeństwa - certyfikat zgodności PN-EN 60601,
 - stopień ochrony - certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55;
- testy na upadek z wysokości 1m,
- urządzenie spełnia normy odporności na wibracje MIL-STD- 810G,
- urządzenie posiada dokumentację techniczną, certyfikaty zgodności oraz deklaracja zgodności CE;
- waga urządzenia AED – 2,4 kg razem z baterią i elektrodami.
- urządzenie nie podlega wymogowi przeglądu po każdorazowym użyciu i odsyłania go do serwisu zgodnie z Instrukcją producenta;
- urządzenie wielokrotnego użycia,
- Temperatura pracy urządzenia 0- 50 st. C.

- Wilgotność 5%-95%
- Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski,
- Gwarancja na urządzenie 5 lat.

Odp.

Zamawiający, wyraża zgodę na dopuszczenie do postępowania na zasadach równoważności wysokiej klasy defibrylatorów AED z torbą transportową wraz z kompletem elektrod i baterii innych niż firmy Zoll, fabrycznie nowych, nieużywanych wolnych od wad (fizycznych i prawnych) oraz uszkodzeń przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w opisie zamówienia.

DYREKTOR
Wydziału Zamówień Publicznych

Magdalena Kucharska