

Wykaz oferowanego sprzętu

Nazwa wykonawcy	
L.p.	Informacja o oferowanym towarze
1.	Unit Stomatologiczny – 6 zestawów elektryczny, posadowiony na fotelu, wyposażony w stolik lekarza 5 narzędziowy umieszczony na pantograficznym ramieniu z górnym prowadzeniem rękawów i boczną sterownicą, wyposażoną w klawiaturę sterującą funkcjami unitu i fotela, uzbrojony w tackę na narzędzia. Kolor Unitu biały.
1.1.	marka <i>Proszę podać</i>
1.2.	model <i>Proszę podać</i>
1.3.	rok produkcji, kraj pochodzenia <i>Proszę podać</i>
1.4.	krótki opis techniczny, podstawowe parametry techniczne, wymiary <i>lub</i> adres strony internetowej, na której ww. opis i parametry są publikowane i dostępne <i>Dane techniczne:</i>
	Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z wymogami Zamawiającego. opis techniczny, podstawowe parametry techniczne, wymiary <i>lub</i> adres strony internetowej, na której ww. opis i parametry są publikowane i dostępne
1.5.	Sterowanie unitu: elektryczne.

1.6.	Zasilanie sieciowe: 230V±10%.		
1.7.	Częstotliwość zasilania: 50 - 60 Hz.		
1.8.	Obciążenie ramienia pulpitu: min. 1,5 kg.		
1.9.	Typ ochrony przeciwporażeniowej: klasa I.		
1.10.	Nominalne ciśnienie wejściowe wody: 0,3 – 0,6 Mpa.		
1.11.	Nominalne ciśnienie wejściowe powietrza: 0,45 – 0,8 Mpa.		
1.12.	Waga unitu: max. 180 kg.		
1.13.	Fotel pacjenta: - min. 3 programy pozycji pracy + pozycja „zero”,		
	- wyłącznik bezpieczeństwa w postawie fotela ,		
	- zsynchronizowany ruch siedziska z oparciem (powodującym podniesienie nóg pacjenta przy rozkładaniu oparcia) - OPCJONALNIE		
	- zagłówek z możliwością zmiany położenia, z regulacją wysokości i pochylenia w min. dwóch płaszczyznach,		
	- kształt fotela umożliwiający bardzo bliskie podejście do pacjenta niezależnie od modelu pracy lekarza,		

	- bezzwowa tapicerka fotela (kolor tapicerki fotela do wyboru przez Zamawiającego - min. 5 kolorów do wyboru), - podłokietnik (lewy lub prawy – do wyboru przez Zamawiającego) - długość fotela z oparciem w pozycji poziomej max. 230 cm, - szerokość oparcia fotela w najszerszym miejscu max. 60 cm, - możliwość obniżenia siedziska fotela do wysokości 45 - 50 cm od podłoża - udźwig fotela: min. 180 kg.		
1.14.	Lampa zabiegowa Oświetlenie pola pracy zapewnione przez głowicę ledową na ramieniu pantograficznym, z regulacją intensywności świecenia, co najmniej na 3 poziomy. Włącznik światła wbudowany w lampie i/lub na panelu elektrycznym.		
1.15.	Blok spluwaczki Ślinociąg injectorowy (powietrzny), ciśnienie: 2-5 bar, podciśnienie: -0,8/-0,9 bar. Obieg wody destylowanej (woda destylowana doprowadzona do pulpitu lekarza, możliwość regulacji przepływu wody na każdą końcówkę); Ceramiczna lub porcelanowa miska spluwaczki, odchylana i/ lub obrotowa z możliwością łatwego demontażu, posiada programowanie czasu,		

	spółkiwania miski i napełniania kubka pacjenta, przycisk dla pacjenta – samodzielne napełnianie kubka przez pacjenta.		
1.15.1.	Uchwyty na chusteczki higieniczne.	(Wpisanie „NIE” - nie spowoduje odzroczenie oferty jako niezgodnej z wymogami Zamawiającego)	
1.16.	Nożny włącznik - funkcje sterownika nożnego:		
	- sterowanie fotelem,		
	- uruchamianie końcówek,		
	- funkcja przedmuchu (tzw. Funkcja chipblower),		
1.17.	- płynna regulacja obrotów mikrosilnika i mocy skalera.		
	Stolik lekarski na 5 rękawów (z górnym prowadzeniem) i klawiaturą sterującą funkcje unitu i fotela. Panel elektryczny zamontowany w stoliku lekarza przystosowany jest do zainstalowania instrumentów dowolnej firmy, w dowolnej ilości i konfiguracji (max.5 instrumentów).		
	<u>Funkcje klawiatury sterującej:</u>		
	• wyświetlacz/wskaźnik obrotów mikrosilnika i mocy ustawienia skalera.		
	• system blokowania pracy,		
	• włączenie/ wyłączenie światła w instrumentach (turbina, mikrosilnik),		
	• włączenie/ wyłączenie chłodzenia (wody) na końcówkach,		
	• możliwość zmiany obrotów mikrosilnika,		
	• przy pracy skalarem włączenie/wyłączenie		

	funkcji ENDO,		
	• włączenie/wyłączenie powietrza chłodzącego na instrumenty, • włączenie/wyłączenie oświetlenia operacyjnego, • zmniejszenie / zwiększenie mocy mikrosilnika i skalera, • napełnianie kubka w bloku spluwaczki, • splukiwanie misy spluwaczki,		
1.17.1.	Indywidualna regulacja wody chłodzącej dla każdego instrumentu		
1.17.2.	Podkładka sylikonowa pod narzędzia z możliwością sterylizacji		
1.17.3.	Tacka na ruchomym uchwycie, umieszczona pod konsolą, wykonana ze stali nierdzewnej		
1.17.4.	Strzykawko-dmuchałka - wykonana z metalu. Trzy funkcje (woda, powietrze, spray). Wymienna końcówka z możliwością odpięcia od rękawa do sterylizacji.		(należy wpisać konkretny model oraz opis techniczny lub adres strony internetowej, na której ww. opis i parametry są publikowane i dostępne)
1.17.5.	Turbina z podświetleniem LED oraz szybkozłączka z podświetleniem LED na rękaw Midwest 4. Szybkoobrotowa prędkość maksymalna w zakresie od 390 do 450.tyś obr/min. Wyciąganie wiertła na przycisk. Minimum 3 punktowy spray.		(należy wpisać konkretny model oraz opis techniczny lub adres strony internetowej, na której ww. opis i parametry są publikowane i dostępne)
1.17.6.	Mikrosilnik elektryczny szczotkowy do 40 tys obrotów/ min. Wbudowane chłodzenie wody na kółki, oświetlenie Led.		(należy wpisać konkretny model oraz opis techniczny lub adres strony internetowej, na której ww. opis i parametry są publikowane i dostępne)
1.17.7.	Kątnica na wiertła maszynowe - zmiana wiertel przyciskiem. Wewnętrzne chłodzenie oraz wbudowany światłowod. Przełożenie 1:1.		(należy wpisać konkretny model oraz opis techniczny lub adres strony internetowej, na której ww. opis i parametry są publikowane i dostępne)

1.17.8.	Lampa polimeryzacyjna ledowa posiada 3 tryby pracy: ciągły, narastający i impulsowy. W zestawie poza światłowodem który można sterylizować znajduje się także osłonka oraz rękaw dzięki czemu lampę można szybko i łatwo podłączyć do unitu. długość fali: 420-480 nm, moc wyjściowa: min. 1000mW/cm2, waga: 120 - 125g.	(należy wpisać konkretny model oraz opis techniczny lub adres strony internetowej, na której ww. opis i parametry są publikowane i dostępne)
1.18.9.	Skaler piezoelektryczny do zabudowy w unicie – LED. <u>Funkcje skalera:</u> płynna regulacja mocy, zestaw 5 końcówek o różnym kształcie, klucz do przykręcania końcówek, zdejmowana i sterylizowana rączka, wersja endo/perio. <u>Parametry techniczne:</u> • Zasilanie: AC 24V 50/60HZ, • Moc wyjściowa: 3-20W, • Częstotliwość pracy: 28±3kHz, • Sposób chłodzenia: wewnętrzny.	(należy wpisać konkretny model oraz opis techniczny lub adres strony internetowej, na której ww. opis i parametry są publikowane i dostępne)
1.19.	Kompresor – bezolejowy, bez skrzyni przeznaczony do napędu sprzętu i urządzeń stomatologicznych. <u>Parametry techniczne:</u> Częstotliwość pracy : 230V/50 Hz, moc silnika: 0,55 kW, wydajność kompresora: 75 – 85 l.min. (5-7 bar), pojemność zbiornika: 10 l, głośność: ≤ 64db (50Hz), masa: do 40 kg.	(należy wpisać konkretny model oraz opis techniczny lub adres strony internetowej, na której ww. opis i parametry są publikowane i dostępne)

1.20.	Okres udzielonej gwarancji i warunki gwarancji	Okres gwarancyjny na unit stomatologiczny wraz ze wszystkimi końcówkami wynosi min. 24 miesiące
2.	Asystor Stomatologiczny – 6 sztuk Asystor stomatologiczny - mobilna szafka na kółkach umożliwiająca łatwe i sprawne jej przemieszczanie. Asystor wyposażony jest w 5 szuflad o różnej wysokości oraz szklany blat. Całość musi być wyprodukowane z materiałów przystosowanych do częstej dezynfekcji. Kolor szafki do wyboru przez Zamawiającego (minimum 3 kolory do wyboru). Wymiary: wysokość: od 80 cm do 95 cm; szerokość: od 50 do 60 cm; głębokość: od 45 cm do 55 cm.	
2.1.	marka (model)	
2.2.	rok produkcji, kraj pochodzenia	
2.3.	opis techniczny, podstawowe parametry techniczne, wymiary <i>lub</i> adres strony internetowej, na której ww. opis i parametry są publikowane i dostępne	
2.4.	Okres udzielonej gwarancji i warunki gwarancji	Okres gwarancyjny na asystor stomatologiczny wynosi min. 24 miesiące
3.	Taboret stomatologiczny – 6 sztuk Taboret stomatologiczny obrotowy, z oparciem i podnóżkiem: mobilny taboret na minimum 5 kółkach zapewniających doskonałą stabilność; konstrukcja podstawy stalowa, chromowana, umożliwiająca regulację wysokości w zależności od potrzeb użytkownika; taboret dodatkowo wyposażony jest w podnóżek chromowany, z regulacją wysokości mocowania; siedzisko i oparcie tapicerowane - materiał zapewnia łatwe utrzymanie czystości (wyboru koloru tapicerki dokona Zamawiający - dostępność minimum 5 kolorów obicia siedziska i podparcia,).	

	Wymiary: Wysokość : od 60 cm do 90 cm; Podstawa: Ø 60-70; Siedzisko: Ø 30-40.	
3.1.	marka (model)	
3.2.	rok produkcji, kraj pochodzenia	
3.3.	opis techniczny, podstawowe parametry techniczne, wymiary <i>lub</i> adres strony internetowej, na której ww. opis i parametry są publikowane i dostępne	
3.4.	Okres udzielonej gwarancji i warunki gwarancji	Okres gwarancyjny na taboret stomatologiczny wynosi min. 24 miesiące

.....
(data i miejscowość)

.....
(podpis /-y osoby / -ów uprawnionej / -ych
do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)