



PŁOCK

Płock, dnia 20.05.2020 r.

WZP. 271.1.58.2020.DR

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. **Zakup sześciu zestawów unitów stomatologicznych wraz ze sprzętem do gabinetów stomatologicznych.**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.- Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie z dnia 19.05.2020 r.:

Czy Zamawiający dopuści (Lp. 1.17.6) mikrosilnik elektryczny bezszczotkowy do 40 tys obr/min.

Mikrosilniki bezszczotkowe w porównaniu ze szczotkowymi są nowocześniejszą konstrukcją, charakteryzują się mniejszą awaryjnością ze względu na brak elementów komutacyjnych. Zaletą jest również mniejsze drgania oraz możliwość bardziej precyzyjnego ustawienia prędkości obrotowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że **nie dopuszcza** mikrosilnika elektrycznego bezszczotkowego do 40 tys obr/min. Pozostaje przy zapisie: Mikrosilnik elektryczny szczotkowy do 40 tys obrotów/ min. Wbudowane chłodzenie wody na kocówki, oświetlenie Led.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kuczyńska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych